



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nr sprawy: RZP-II-WI/8/DZP-1/2013

Warszawa, dn. .... 11 lipca 2013 r. ....

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawę sprzętu medycznego oraz mebli medycznych dla Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych Ptasí Azyl”.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej „Ustawą”, udziela odpowiedzi na zapytania złożone przez Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu oraz dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ).

#### **Pytanie Nr 1**

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie załączników nr 1-7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postaci edytowalnej.”.

#### **Odpowiedź do Pytania Nr 1**

Zamawiający informuje, że umieszcza w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 11 lipca 2013 r. na swojej stronie internetowej: [www.szrm.pl](http://www.szrm.pl), katalog: Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro, niżej wymienione załączniki do SIWZ w rozszerzeniu .doc, tj.:

- 1) Druk OFERTA - Załącznik Nr 1 do SIWZ,
- 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik Nr 2 do SIWZ,
- 3) Wykaz wykonanych głównych dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ,
- 4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik Nr 4 do SIWZ,
- 5) Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” - Załącznik Nr 5 do SIWZ – Część I,
- 6) Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” - Załącznik Nr 5 do SIWZ – Część II,
- 7) Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” - Załącznik Nr 5 do SIWZ – Część III,
- 8) Zmodyfikowany w dniu 11.07.2013 r. Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” - Załącznik Nr 5 do SIWZ – Część IV (z uwagi na modyfikacje wprowadzone niniejszym pismem),
- 9) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom - Załącznik Nr 6 do SIWZ,
- 10) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 7 do SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca może wykorzystać udostępnione przez Zamawiającego pliki z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany treści i formy ww. dokumentów przez Wykonawcę.

### **Pytanie Nr 2**

„Czy zamawiający nie uzna za stosowne rozdzielanie elementów zamawianego sprzętu na 2 pakiety to jest: system radiografii bezpośredniej DR – pozycje 1, 2, 3, 4, 6 oraz system radiografii pośredniej CR – pozycje 5, 7, 8? Możliwość złożenia oferty na podzielone pakiety zwiększy konkurencję poprzez umożliwienie złożenia ważnej oferty przez większą ilość podmiotów.”.

### **Odpowiedź do Pytania Nr 2**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na rozdzielanie elementów zamawianego sprzętu w sposób określony w pytaniu Wykonawcy tj. podziału Części I na dwie na 2 odrębne części.

### **Pytanie Nr 3**

„Czy zamawiający wymaga dołączenia do oferty ważnych dokumentów potwierdzających uprawnienia oferentów zgodnie z ustawą Prawo Atomowe?”.

### **Odpowiedź do Pytania Nr 3**

Zamawiający informuje, iż nie wymaga dołączenia do oferty ważnych dokumentów potwierdzających uprawnienia zgodnie z ustawą Prawo Atomowe. Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia ww. dokumentów w toku realizacji umowy.

### **Pytanie Nr 4**

„Czy zamawiający wymaga udzielenia informacji o zatrudnionych przez oferentów pracowników serwisu objętych programem ochrony radiologicznej zgodnie z ustawą Prawo Atomowe?”.

### **Odpowiedź do Pytania Nr 4**

Zamawiający informuje, iż nie wymaga udzielenia informacji o zatrudnionych przez Wykonawców pracowników serwisu objętych programem ochrony radiologicznej zgodnie z ustawą Prawo Atomowe.

### **Pytanie Nr 5**

„Czy Zamawiający w części IV lp. 1 – Stół operacyjno-zabiegowy ze stali nierdzewnej – dopuści do zaoferowania stół o szerokości 130 cm?”.

### **Pytanie Nr 6**


„Czy Zamawiający w części IV lp. 1 – Stół operacyjno-zabiegowy ze stali nierdzewnej – dopuści do zaoferowania stół o wysokości 64-104 cm?”.

### **Odpowiedź do Pytania Nr 5 i Nr 6**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza stół operacyjno-zabiegowy ze stali nierdzewnej o szerokości 130 cm oraz o wysokości 64-104 cm.

Wobec powyższego Zamawiający wprowadza zmianę w opisie wyposażenia określonego w poz. 1 Formularza „Zestawienie kosztów zamówienia” Część IV – MEBLE MEDYCZNE polegającą na wykreśleniu sformułowania „• *Wymiary: wys. 70-110cm x szer. 140cm x gł. 60cm (+/- 5cm)*” i zastąpienia go sformułowaniem „• *Wymiary: wys. 70-110cm (+/- 5cm) lub wys. 64-104 cm x szer. 135 cm (+/- 5cm) x gł. 60cm (+/- 5cm)*”.

W związku z wprowadzoną ww. zmianą, Zamawiający dokonuje stosownych zmian w treści Załącznika Nr 5 do SIWZ. Zmodyfikowany Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” Część IV – MEBLE MEDYCZNE – w załączeniu.



### **Pytanie Nr 7**

„Czy Zamawiający w części IV lp. 1 – Stół operacyjno-zabiegowy ze stali nierdzewnej – dopuści do zaoferowania stół hydrauliczną regulacją wysokości o podstawie pantografowej na czterech stabilnych nogach?”

### **Odpowiedź do Pytania Nr 7**

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza stołu operacyjno-zabiegowego ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości o podstawie pantografowej na czterech stabilnych nogach.

### **Pytanie Nr 8**

„Czy Zamawiający w części IV lp. 1 – Stół operacyjno-zabiegowy ze stali nierdzewnej – dopuści do zaoferowania stół o wymiarach podstawy 108x60 cm?”

### **Odpowiedź do Pytania Nr 8**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaoferowanie stołu operacyjno-zabiegowego ze stali nierdzewnej o wymiarach podstawy 108x60 cm.

### **Pytanie Nr 9**

„Czy Zamawiający w części IV lp. 2 – Stół operacyjno-zabiegowy elektryczny z regulowanym blatem – dopuści do zaoferowania stół o szerokości 130 cm i głębokości 63 cm?”

### **Pytanie Nr 10**

„Czy Zamawiający w części IV lp. 2 – Stół operacyjno-zabiegowy elektryczny z regulowanym blatem – dopuści do zaoferowania stół o regulacji wysokości w zakresie 64-104 cm?”

### **Odpowiedź do Pytania Nr 9 i Nr 10**

Zamawiający informuje, iż określone przez Zamawiającego w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część IV – MEBLE MEDYCZNE, wymiary stołu operacyjno-zabiegowego elektrycznego z regulowanym blatem, tj.: „• *Wymiary: (WxSxG) wys.70-120cm x szer.145cm x gł.65cm (rozmiar minimalny 130cmx60cm)*” obejmują wymiary zaproponowane przez Wykonawcę w pytaniu: tj. szerokość 130cm i głębokość 63cm. Jednakże Zamawiający, z uwagi na ww. wątpliwości Wykonawców, biorących udział w postępowaniu, dokonuje modyfikacji w tym zakresie w sposób określony poniżej. Ponadto Zamawiający dopuszcza stół operacyjno-zabiegowy elektryczny z regulowanym blatem o wysokości w zakresie 64-104 cm, wobec czego wprowadza zmianę w opisie wyposażenia określonego w poz. 2 Formularza „Zestawienie kosztów zamówienia” Część IV – MEBLE MEDYCZNE polegającą na wykreśleniu sformułowania „• *Wymiary: (WxSxG) wys.70-120cm x szer.145cm x gł.65cm (rozmiar minimalny 130cmx60cm)*” i zastąpienia go sformułowaniem: „• *Wymiary: (WxSxG) wys.70-120cm lub wys. 64-104 cm x szer. od 130cm do 145cm x gł. od 60cm do 65cm*”.


W związku z wprowadzoną ww. zmianą, Zamawiający dokonuje stosownych zmian w treści Załącznika Nr 5 do SIWZ. Zmodyfikowany Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” Część IV – MEBLE MEDYCZNE – w załączeniu.

### **Pytanie Nr 11**

„Czy Zamawiający w części IV lp. 3 – Stolik chirurgiczny narzędziowy – dopuści do zaoferowania stolik o wysokości 96-137 cm?”

### **Odpowiedź do Pytania Nr 11**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza stół operacyjno-zabiegowy ze stali nierdzewnej o wysokości 96-137 cm.



Wobec powyższego Zamawiający wprowadza zmianę w opisie wyposażenia określonego w poz. 3 Formularza „Zestawienie kosztów zamówienia” Część IV – MEBLE MEDYCZNE polegającą na wykreśleniu sformułowania „• *Wymiary zewnętrzne: wys.80-120cm x szer.75cm x gł.45cm (+/-5cm)*” i zastąpienia go sformułowaniem „• **Wymiary zewnętrzne: wys. 80-120cm (+/- 5cm) lub wys. 96-137 cm x szer. 75 cm (+/- 5cm) x gł.45cm (+/- 5cm)**”.

W związku z wprowadzoną ww. zmianą, Zamawiający dokonuje stosownych zmian w treści Załącznika Nr 5 do SIWZ. Zmodyfikowany Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” Część IV – MEBLE MEDYCZNE – w załączeniu.

#### **Pytanie Nr 12**

„Czy Zamawiający w części IV lp. 4 – Stół operacyjno-zabiegowy z odpływem – dopuści do zaoferowania stół o szerokości 120 cm i głębokości 60 cm?”.

#### **Odpowiedź do Pytania Nr 12**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjno-zabiegowego z odpływem o szerokości 120 cm i głębokości 60 cm.

Z związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmianę w opisie wyposażenia określonego w poz. 4 Formularza „Zestawienie kosztów zamówienia” Część IV – MEBLE MEDYCZNE polegającą na wykreśleniu sformułowania „• *wymiary: wys.85cm x szer.112cm x gł.55 cm*” i zastąpienia go sformułowaniem „• **wymiary: wys.85cm x szer. 112-120cm x gł. 55-60 cm**”.

W związku z wprowadzoną ww. zmianą, Zamawiający dokonuje stosownych zmian w treści Załącznika Nr 5 do SIWZ. Zmodyfikowany Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” Część IV – MEBLE MEDYCZNE – w załączeniu.

#### **Pytanie Nr 13**

„Czy Zamawiający w części IV lp. 5 – Stolik chirurgiczny narzędziowy – dopuści do zaoferowania stolik o wysokości 92-137 cm?”.

#### **Odpowiedź do Pytania Nr 13**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie stolika chirurgicznego narzędziowego o wysokości 92-137 cm.

Wobec powyższego Zamawiający wprowadza zmianę w opisie wyposażenia określonego w poz. 5 Formularza „Zestawienie kosztów zamówienia” Część IV – MEBLE MEDYCZNE polegającą na wykreśleniu sformułowania „• *Wymiary zewnętrzne: wys.80-120cm x szer.75cm x gł.45cm (+/-8cm)*” i zastąpienia go sformułowaniem „• **Wymiary zewnętrzne: wys. 80-120cm (+/- 8cm) lub wys. 92-137 cm x szer. 75 cm (+/- 8cm) x gł.45cm (+/- 8cm)**”.


W związku z wprowadzoną ww. zmianą, Zamawiający dokonuje stosownych zmian w treści Załącznika Nr 5 do SIWZ. Zmodyfikowany Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” Część IV – MEBLE MEDYCZNE – w załączeniu.

#### **Pytanie Nr 14**

„Czy Zamawiający w części IV lp. 5 – Stolik chirurgiczny narzędziowy – dopuści do zaoferowania stolik z trzema kołami o średnicy 5 cm?”.

#### **Odpowiedź do Pytania Nr 14**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza stolik chirurgiczny narzędziowy z trzema kołami o średnicy 5 cm.



Z związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmianę w opisie wyposażenia określonego w poz. 5 Formularza „Zestawienie kosztów zamówienia” Część IV – MEBLE MEDYCZNE polegającą na wykreśleniu sformułowania „• Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami o średnicy 8cm (+/- 2cm), przynajmniej dwa kółka wyposażone w blokadę, oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża” i zastąpienia go sformułowaniem „• **Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami o średnicy 5-10cm, przynajmniej dwa kółka wyposażone w blokadę, oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża**”.

W związku z wprowadzoną ww. zmianą, Zamawiający dokonuje stosownych zmian w treści Załącznika Nr 5 do SIWZ. Zmodyfikowany Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” Część IV – MEBLE MEDYCZNE – w załączeniu.

#### **Pytanie Nr 15**

„Czy Zamawiający w części IV lp. 5 – Stolik chirurgiczny narzędziowy – dopuści do zaoferowania stolik z dopuszczalnym obciążeniem 5 kg?”

#### **Odpowiedź do pytania Nr 15**


Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaoferowanie stolika chirurgicznego narzędziowego o dopuszczalnym obciążeniu 5 kg.

Treść powyższych odpowiedzi wraz ze zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.

Z poważaniem,

DIREKTOR  
  
Paweł Barański

Załącznik: Zmodyfikowany w dniu 11.07.2013 r. Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” Część IV – MEBLE MEDYCZNE – Załącznik Nr 5 do SIWZ.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nr sprawy: RZP-II-WI/8/DZP-1/2013

Załącznik Nr 5 do SIWZ  
 Zmodyfikowany w dniu 11.07.2013 r.

### ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ IV – MEBLE MEDYCZNE

dotyczy: dostawy sprzętu medycznego oraz mebli medycznych dla potrzeb Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych „Ptasi Azył”.


Lp.	Wyszczególnienie	Pomieszczenie	Jedn. miary	ilość	Cena jedn. Netto PLN	Wartość netto PLN (kol. 5x6)	VAT %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<p><u>Stół operacyjno-zabiegowy ze stali nierdzewnej</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wymiary: wys. 70-110cm (+/- 5cm) lub wys. 64-104 cm x szer. 135 cm (+/- 5 cm) x gł. 60cm (+/- 5cm)</li> <li>Stół operacyjno-zabiegowy z hydrauliczną regulacją wysokości na podstawie, jednej nodze, z białem.</li> <li>W całości wykonany ze stali szlachetnej.</li> <li>Biał z podniesionym brzegiem.</li> <li>Wysokość stołu regulowana hydraulicznie za pomocą pedału nożnego w granicach od 70 cm do 110 cm. (+/- 5 cm)</li> <li>W zestawie 8 haków do wywiązywania zwierzęcia</li> <li>Powierzchnia podstawy stołu ze stali nierdzewnej 50 x 70 cm (+/- 5 cm),</li> <li>Maksymalna nośność do 180 kg</li> </ul>	<p>pom. 04 - Ambulatorium 1 szt. na rys. stół oznaczony 10/4</p>	<p>szt.</p>	<p>1</p>			
2.	<p><u>Stół operacyjno-zabiegowy elektryczny z regulowanym białem</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Weterynaryjny stół zabiegowy z automatyczną regulacją wysokości ze stali nierdzewnej odpornej na środki dezynfekcyjne i zmywalny.</li> <li>Wymiary: (WxSxG) wys. 70-120cm lub wys. 64-104 cm x szer. od 130cm do 145cm x</li> </ul>	<p>pom. 05 - Sala operacyjna 1 szt. na rys. oznaczony 4/5</p>	<p>szt.</p>	<p>1</p>			

Miejsce i data

(podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

<p>gl. od 60cm do 65cm,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blat profilowany z odpływem</li> <li>• Podnoszony za pomocą silownika elektrycznego</li> <li>• Wysokość regulowana: stół powinien umożliwiać podnoszenie/obniżanie o 20-30 cm w zakresie wysokości 70 do 120 cm w pionie</li> <li>• Udzwig minimum 100 kg</li> <li>• Szyny boczne umożliwiające unieruchomienie zwierzęcia poprzez jego przywiązanie</li> <li>• Mocowana z boku kuweta na nieczystości</li> <li>• Mocowany z boku stojak do kroplówki</li> <li>• Stół podgrzewany (0-35stC)</li> </ul>	<p><b>Stolik chirurgiczny narzędziowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary zewnętrzne: wys.80-120cm (+/-5cm) lub wys. 96-137 cm x szer.75cm (+/-5cm) x gl. 45cm (+/-5cm)</li> <li>• Blat prostokątny podnoszony przy pomocy pompy hydraulicznej, za pomocą dźwigni nożnej, blat obracany w poziomie o 360°.</li> <li>• Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami o średnicy 8cm (+/- 2cm), wszystkie kółka wyposażone w blokadę, oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.</li> <li>• Dopuszczalne obciążenie 15 kg</li> </ul>	<p>pom. 05 - Sala operacyjna 1 szt. na rys. oznaczony 5/5</p>	<p>1 szt.</p>		
	<p><b>Stół operacyjno-zabiegowy z odpływem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: wys. 85cm x szer. 112-120 cm x gl. 55-60 cm</li> <li>• Możliwość regulacji wysokości poprzez podwyższanie nóżek o max 3 cm – aby usprawnić ściąganie płynów.</li> <li>• Blat z rantem wyprofilowany (koperta) z odpływem na jednym końcu stołu. Blat wyposażony w haki i relingi. Pod blatem umieszczona kuweta na płyny. Nogi stołu wyposażone są w obrotowe uchwyty z miskami.</li> <li>• Stół wykonany ze stali nierdzewnej odpornej na środki dezynfekcyjne oraz materiał biologiczny.</li> </ul>	<p>pom.21 - Sala sekcyjna 1szt. na rys. oznaczony 1/21</p>	<p>1 szt.</p>		
	<p><b>Stolik chirurgiczny narzędziowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary zewnętrzne: wys.80-120cm (+/- 8cm) lub wys. 92-137 cm x szer. 75cm (+/- 8cm) x gl. 45cm (+/- 8cm)</li> <li>• Blat prostokątny podnoszony ręcznie.</li> <li>• Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami o średnicy 5-10cm, przynajmniej dwa kółka wyposażone w</li> </ul>	<p>pom.21 - Sala sekcyjna 1szt. na rys. oznaczony 4/21</p>	<p>1 szt.</p>		

	blokadę, oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. • Stolik wykonany ze stali nierdzewnej. • Dopuszczalne obciążenie 15 kg						
<b>RAZEM NETTO</b>							<b>X</b>
<b>KWOTA PODATKU VAT</b>							<b>X</b>
<b>RAZEM BRUTTO</b>							<b>X</b>

Miejsce i data \_\_\_\_\_  
 (podpis) osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)  
 3/3