

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nr sprawy: RZP-II-WI/11/DZP-1/2013

Załącznik Nr 5 do SIWZ

### ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III – MEBLE MEDYCZNE

dotyczy: **dostawy sprzętu medycznego oraz mebli medycznych dla potrzeb Ptasięgo Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych „Ptasi Azyl”.**

Lp.	Wyszczególnienie	Pomieszczenie	Jedn. miary	ilość	Cena jedn. Netto PLN	Wartość netto PLN (kol. 5x6)	VAT %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<p><b><u>Stół operacyjno-zabiegowy ze stali nierdzewnej</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary: wys. 70-110cm (+/- 5cm) lub wys. 64-104 cm x szer. 135 cm (+/- 5 cm) x gł. 60cm (+/- 5cm)</li> <li>• Stół operacyjno-zabiegowy z hydrauliczną regulacją wysokości na podstawie, jednej nodze, z blatem.</li> <li>• W całości wykonany ze stali szlachetnej.</li> <li>• Blat z podniesionym brzegiem.</li> <li>• Wysokość stołu regulowana hydraulicznie za pomocą pedału nożnego w granicach od 70 cm do 110 cm. (+/- 5 cm)</li> <li>• W zestawie 8 haków do wywiązywania zwierzęcia</li> <li>• Powierzchnia podstawy stołu ze stali nierdzewnej 50 x 70 cm (+/- 5 cm),</li> <li>• Maksymalna nośność do 180 kg</li> </ul>	<p><b>pom. 04 - Ambulatorium 1 szt. na rys. stół oznaczony 10/4</b></p>	szk.	1			
2.	<p><b><u>Stół operacyjno-zabiegowy elektryczny z regulowanym blatem</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weterynaryjny stół zabiegowy z automatyczną regulacją wysokości ze stali nierdzewnej odpornej na środki dezynfekcyjne i zmywalny.</li> <li>• Wymiary: (WxSxG) wys. 70-120cm lub wys. 64-104 cm x szer. od 130cm do 145cm x gł.</li> </ul>	<p><b>pom. 05 - Sala operacyjna 1 szt. na rys. oznaczony 4/5</b></p>	szk.	1			

Miejsce i data \_\_\_\_\_  
*(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)*

	<p>od 60cm do 65cm,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Błat profilowany z odpływem</li> <li>• Podnoszony za pomocą siłownika elektrycznego</li> <li>• Wysokość regulowana: stół powinien umożliwiać podnoszenie/obniżanie o 20-30 cm w zakresie wysokości 70 do 120 cm w pionie</li> <li>• Udźwig minimum 100 kg</li> <li>• Szyny boczne umożliwiające unieruchomienie zwierzęcia poprzez jego przywiązanie</li> <li>• Mocowana z boku kuweta na nieczystości</li> <li>• Mocowany z boku stojak do kroplówki</li> <li>• Stół podgrzewany (0-35stC)</li> </ul>						
3.	<p><b>Stolik chirurgiczny narzędziowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary zewnętrzne: wys.80-120cm (+/-5cm) lub wys. 96-137 cm x szer.75cm (+/-5cm) x gł. 45cm (+/-5cm)</li> <li>• Błat prostokątny podnoszony przy pomocy pompy hydraulicznej, za pomocą dźwigni nożnej, błat obracany w poziomie o 360°.</li> <li>• Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami o średnicy 8cm (+/- 2cm), wszystkie kółka wyposażone w blokadę, oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.</li> <li>• Dopuszczalne obciążenie 15 kg</li> </ul>	<p><b>pom. 05 - Sala operacyjna 1 szt. na rys. oznaczony 5/5</b></p>	szk.	1			
4.	<p><b>Stół operacyjno-zabiegowy z odpływem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: wys. 85cm x szer. 112-120 cm x gł. 55-60 cm</li> <li>• Możliwość regulacji wysokości poprzez podwyższanie nóżek o max 3 cm – aby usprawnić ściekanie płynów.</li> <li>• Błat z rantem wyprofilowany (koperta) z odpływem na jednym końcu stołu. Błat wyposażony w haki i relingi. Pod błatem umieszczona kuweta na płyny. Nogi stołu wyposażone są w obrotowe uchwyty z miskami.</li> <li>• Stół wykonany ze stali nierdzewnej odpornej na środki dezynfekcyjne oraz materiał biologiczny.</li> </ul>	<p><b>pom.21 - Sala sekcynna 1szt. na rys. oznaczony 1/21</b></p>	szk.	1			
5.	<p><b>Stolik chirurgiczny narzędziowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary zewnętrzne: wys.80-120cm (+/- 8cm) lub wys. 92-137 cm x szer. 75cm (+/- 8cm) x gł. 45cm (+/- 8cm)</li> <li>• Błat prostokątny podnoszony ręcznie.</li> <li>• Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami o średnicy 5-10cm, przynajmniej dwa kółka wyposażone w blokadę,</li> </ul>	<p><b>pom.21 - Sala sekcynna 1szt. na rys. oznaczony 4/21</b></p>	szk.	1			

Miejsce i data \_\_\_\_\_

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

	oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. • Stolik wykonany ze stali nierdzewnej. • Dopuszczalne obciążenie 15 kg						
<b>RAZEM NETTO</b> .....							<b>X</b>
<b>KWOTA PODATKU VAT</b> .....							<b>X</b>
<b>RAZEM BRUTTO</b> .....							<b>X</b>

Miejsce i data \_\_\_\_\_  
 (podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)