

Nr sprawy: RZP-I-WI/22/DZP-1/2015

16 czerwca 2015 r.

L.dz. SZRM/DZP-1/MW/ /2015

.....
.....
.....

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia służącego rehabilitacji zwierząt dla potrzeb Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170”.

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania złożone przez Wykonawcę biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie Nr 1

„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty częściowej na poszczególne części zamówienia od 1 do 16”

Odpowiedź na pytanie Nr 1

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości składania odrębnych ofert na poszczególne elementy wyposażenia wchodzące w zakres Przedmiotu zamówienia.

„Dotyczy przedmiotu zamówienia: 3. Lampa bezcieniowa mocowana do ściany gabinetu”

Pytanie Nr 2

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę bezcieniową o średnicy kopuły świetlnej wynoszącej 300mm? Bardziej kompaktowa czasza lampy jest rozwiązaniem korzystniejszym, gdyż ułatwia pozycjonowanie lampy pod każdym kątem.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że dopuszcza wysokiej jakości lampę bezcieniową o średnicy kopuły świetlnej 300mm.

Pytanie 3

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę bezcieniową o natężeniu światła dla odległości 1m wynoszącym 60 000 lux? Jest to natężenie w zupełności wystarczające do przeprowadzenia każdego zabiegu i nie ma potrzeby aby stało na wyższym poziomie w lampie ściennej, którą można maksymalnie przybliżyć do pola zabiegowego”



Odpowiedź na pytanie Nr 3

Zamawiający informuje, że dopuszcza wysokiej jakości lampę bezcieniową o natężeniu światła dla odległości 1m wynoszącym 60 000 lux.

Pytanie Nr 4

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę bezcieniową o natężeniu światła dla odległości 1m wynoszącym 100 000 lux? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.”

Odpowiedź na pytanie Nr 4

Zamawiający informuje, że dopuszcza wysokiej jakości lampę bezcieniową o natężeniu światła dla odległości 1m wynoszącym 100 000 lux

Pytanie Nr 5

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę bezcieniową ze źródłem światła w postaci diod LED o żywotności 50 000h? jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego, które charakteryzuje się lepszymi parametrami oświetlenia w porównaniu do lamp halogenowych, a co najważniejsze gwarantuje bardzo długi użytkowania, który przekłada się na ok. 20 lat pracy.”

Odpowiedź na pytanie Nr 5

Zamawiający informuje, że dopuszcza wysokiej jakości lampę bezcieniową ze źródłem światła w postaci diod LED o żywotności 50 000h

Pytanie Nr 6

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę bezcieniową ze stałą średnicą plamy świetlnej ustaloną na poziomie 195mm? Jest to średnica optymalnie dostosowana do przeprowadzania każdego zabiegu i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.”

Odpowiedź na pytanie Nr 6


Zamawiający informuje, że dopuszcza wysokiej jakości lampę bezcieniową ze stałą średnicą plamy świetlnej ustaloną na poziomie co najmniej 195mm.

Pytanie Nr 7

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę bezcieniową, której konstrukcja wykonana jest z lekkiego stopu aluminium, a sama czasza dodatkowo osłonięta jest z zewnątrz tworzywem sztucznym typu PC/ABS? Jest to rozwiązanie korzystniejsze, które ułatwia utrzymanie lampy w czystości.”

Odpowiedź na pytanie Nr 7

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wysokiej jakości lampę bezcieniową, której konstrukcja wykonana jest z lekkiego stopu aluminium, a sama czasza dodatkowo osłonięta jest z zewnątrz tworzywem sztucznym typu PC/ABS.



Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia określonego w Formularzu „Zestawienie Kosztów Zamówienia” stanowiącego Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty w zakresie poz. 3.

Zmodyfikowany Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty - Formularz „Zestawienie Kosztów Zamówienia” stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Treść powyższych odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. technicznych


Jan Leśniewski

Załącznik:

Zmodyfikowany w dniu 16.06.2015 r. Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty - Formularz „Zestawienie Kosztów Zamówienia”

