



Nr procedury: RZP-I-WI/43/DZP-1/2020
Nr sprawy: DZP-1.260.66.2020

23 grudnia 2020 r.

L.dz.6150/2020.....

.....

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na: **kompleksowe wyposażenie Apteki i Laboratorium w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”**,

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania złożone przez Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu oraz zamieszcza zmodyfikowany Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia Istotne Postanowienia Umowy.

Pytanie Nr 1

Prosimy o zmianę terminu realizacji pierwszego etapu z 22.01.2021 na 22.02.2021. Biorąc pod uwagę czas potrzebny na dokonanie oceny ofert i podpisanie umowy oraz obecne okoliczności stanu epidemii i wprowadzone ograniczenia dot. prowadzenia działalności zrealizowanie etapu 1 w terminie do 22.01.2021 jest niemożliwe.

Odpowiedź na pytanie Nr 1

Zamawiający informuje, iż modyfikuje formularz oferty oraz ogłoszenie poprzez zmianę terminu Etapu I z 22.01.2021 r. na 22.02.2021 r.

Pytanie Nr 2

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie par. 10 pkt 4 umowy dotyczącego możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Znacząca większość wyposażenia oferowanego przez wykonawcę będzie musiała zostać wyprodukowana na indywidualne zamówienie. Koszty realizacji umowy wykonawca będzie ponosił od samego jej rozpoczęcia (proces projektowania, zamówienia materiałów, produkcji). Możliwość odstąpienia od umowy z przyczyn całkowicie niezależnych od wykonawcy, stanowiących wręcz naturę siły wyższej, bez zagwarantowania zwrotu nakładów poniesionych na wykonanie działań podjętych w celu jej realizacji wykracza poza uprawnienia nadane zamawiającym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Ze względu na odmienny tryb niniejszego postępowania (nie objęty reżimem PZP) i przy obecnym kształcie umowy, wykonawcy nie będzie przysługiwała nawet możliwość dochodzenia zwrotu nakładów przewidziana w art. 145 PZP.

Odpowiedź na pytanie Nr 2

Zamawiający informuje, iż w załączeniu przekazuje zmodyfikowane w dniu 23.12.2020 r. Istotne Postanowienia Umowy.

Pytanie Nr 3

Dot. Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia - Formularz asortymentowo-cenowy, 3. Pozostałe informacje Pytanie 1, lp. 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania asortyment z rokiem produkcji 2020/2021 z uwagi na fakt, iż realizacja przedmiotu zamówienia odbywać będzie się w roku 2021?

Odpowiedź na pytanie Nr 3

Tak

Pytanie Nr 4

Dot. Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia - Formularz asortymentowo-cenowy, 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYPOSAŻENIA

Dot. Af1 – Sofa rozkładana

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści sofę opisaną poniżej?

Sofa 3 osobowa tapicerowana materiałem zmywalnym łatwa do dezynfekcji oraz czyszczenia. Odporność na ścieranie 100 000 cykli, gramatura 400 g/m².

Sofa rozkładana z funkcją spania. Płaszczyna do leżenia po rozłożeniu mebla o wymiarze 1400x1900mm.

Długość 2200 mm.

Głębokość 850 mm.

Wysokość 730 mm

Odpowiedź na pytanie Nr 4

Tak, pod warunkiem, iż zaproponowana sofa będzie możliwa do umieszczenia w pomieszczeniu zgodnie z rzutami pomieszczeń.

Pytanie Nr 5

Dot. Af5 – Fotel rozkładany

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści fotel rozkładany z funkcją spania opisany poniżej?

Fotel o wymiarach 92x85 cm wraz z pufa 60x60 cm. Tapicerka zmywalna łatwa do dezynfekcji oraz czyszczenia. Odporność na ścieranie 100 000 cykli, gramatura 400 g/m².

Pojemnik na pościel. Powierzchnia do spania samego fotela 140x60 cm powierzchnia spania wraz z pufa 200x60 cm.

Odpowiedź na pytanie Nr 5

Tak, pod warunkiem, iż zaproponowany fotel będzie możliwy do umieszczenia w pomieszczeniu zgodnie z rzutami pomieszczeń

Pytanie Nr 6

Dot. Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia - Formularz asortymentowo-cenowy, 2. OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

Dot. Technologia B - meble ze stali nierdzewnej kwasoodpornej oraz Technologia C - meble o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem z płyty meblowej

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu technologii: „*Meble kompatybilne z systemem do dezynfekcji ciągłej przy użyciu technologii RCI – dostarczyć certyfikat kompatybilności wystawiony przez producenta systemu.*”

Odpowiedź na pytanie Nr 6

Tak.

Pytanie Nr 7

Dot. Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia - Formularz asortymentowo-cenowy, Tg1-1 Zamrażarka podbłatowa

a. Czy zamawiający dopuści zamrażarkę podbłatową, która ma zakres temperatury od -9 do -26 st C?

b. Czy zamawiający dopuści zamrażarkę podbłatową, która jest wyposażona w 3 szuflady i 1 kosz?

c. Czy zamawiający dopuści zamrażarkę laboratoryjną podbłatową o pojemności 139 l brutto?

Odpowiedź na pytanie Nr 7

Tak.

Pytanie Nr 8

Dot. Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia - Formularz asortymentowo-cenowy, Tg2-1 lodówka z witryną na odczynniki oraz Tg2-2 lodówka wolnostojąca medyczna

- a. Czy zamawiający dopuści chłodziarkę medyczną, która ma zakres temperatury od +2/+6?
- b. Ze względu na bardzo duże obłożenie produkcyjne z wprowadzeniem szczepionek na Covid 19, Czy zamawiający dopuści dostawę urządzenia maksymalnie do końca marca?

Odpowiedź na pytanie Nr 8

Tak.

Pytanie Nr 9

Dot. Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia - Formularz asortymentowo-cenowy, TG3-M zamrażarka osocza, krioprecypitatu i preparatów krwiopochodnych

- a. Czy zamawiający dopuści zamrażarkę laboratoryjną o pojemności 220 l i wymiarach zewnętrznych : 640 x 620 x 1600 mm oraz posiadającą zgodność z dyrektywami europejskimi: 2006/95/CE i 2004/108/CE, zamiast Dyrektywy 93/42/EWG?
- b. Czy zamawiający dopuści zamrażarkę do osocza o pojemności 600 l i wymiarach zewnętrznych : 780 x 840 x 1930 mm?
- c. Ze względu na bardzo duże obłożenie produkcyjne z wprowadzeniem szczepionek na Covid 19, Czy zamawiający dopuści dostawę urządzenia maksymalnie do końca marca?

Odpowiedź na pytanie Nr 9

Tak.

Pytanie Nr 10

Dot. Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia - Formularz asortymentowo-cenowy, TG3-Z lodówka do przechowywania krwi (na zwroty)

- a. Czy zamawiający dopuści chłodziarkę medyczną, która ma zakres temperatury od +2/+6?
- b. Ze względu na bardzo duże obłożenie produkcyjne z wprowadzeniem szczepionek na Covid 19, Czy zamawiający dopuści dostawę urządzenia maksymalnie do końca marca?

Odpowiedź na pytanie Nr 10

Tak.

Pytanie Nr 11

Dot. Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia - Formularz asortymentowo-cenowy, Tg2 Lodówka wolnostojąca

- a. Ze względu na bardzo duże obłożenie produkcyjne z wprowadzeniem szczepionek na Covid 19, czy zamawiający dopuści dostawę urządzenia w lutym?

Odpowiedź na pytanie Nr 11

Tak.

Pytanie Nr 12

Dot. Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia - Formularz asortymentowo-cenowy, Dot. załącznika 1.5 Komora laminarna

- a. (dot. Lp. 21) czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę laminarną z automatycznym alarmem dźwiękowym i wizualnym sygnalizującym: spadek lub wzrost przepływu powietrza?
- b. (dot. Lp. 23) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę laminarną z możliwością wyposażenia w manualne zawory do gazu technicznego i próżni?

Odpowiedź na pytanie Nr 12

Tak.

Pytanie Nr 13

Dot. Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia - Formularz asortymentowo-cenowy, Tg4 Szafa chłodnicza 300l

- (lp. 6) Czy Zamawiający dopuści szafę chłodniczą o głębokości zewnętrznej 650 mm?

Odpowiedź na pytanie Nr 13

Tak, pod warunkiem, iż zaproponowany model będzie możliwy do umieszczenia w pomieszczeniu zgodnie z rzutami pomieszczeń

Pytanie Nr 14

Dot. Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia - Formularz asortymentowo-cenowy, Tg4-1 Szafa chłodnicza 7001 (lp. 6) Czy Zamawiający dopuści szafę chłodniczą o głębokości 680 mm?

Odpowiedź na pytanie Nr 14

Tak, pod warunkiem, iż zaproponowany model będzie możliwy do umieszczenia w pomieszczeniu zgodnie z rzutami pomieszczeń

Pytanie Nr 15

Dot. Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia - Formularz asortymentowo-cenowy, Tg4-2 Szafa chłodnicza 14001 (lp. 6) Czy Zamawiający dopuści szafę chłodniczą o głębokości 680 mm?

Odpowiedź na pytanie Nr 15

Tak, pod warunkiem, iż zaproponowany model będzie możliwy do umieszczenia w pomieszczeniu zgodnie z rzutami pomieszczeń

Pytanie Nr 16

Dot. Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia - Formularz asortymentowo-cenowy, Tg2 Lodówka wolnostojąca Czy Zamawiający dopuści lodówkę o głębokości 600 mm oraz szerokości 600 mm?

Odpowiedź na pytanie Nr 16

Tak, pod warunkiem, iż zaproponowany model będzie możliwy do umieszczenia w pomieszczeniu zgodnie z rzutami pomieszczeń

Pytanie Nr 17

Dot. Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia - Formularz asortymentowo-cenowy, Eto – Tablica ogłoszeń

c. Czy Zamawiający dopuści gablotę otwieraną od góry?

d. Czy Zamawiający dopuści gablotę z szybką otwieraną przesuwnie?

Odpowiedź na pytanie Nr 17

Tak.

Pytanie Nr 18

Dot. Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia - Formularz asortymentowo-cenowy, dot. Załącznik 1.23

a. Czy Zamawiający dopuści wirówkę o następujących wymiarach: wys. x szer x głęb. [mm] : 300 x 367 x 455 / 572 wys. z otwartą pokrywą

Odpowiedź na pytanie Nr 18a

Tak.

b. Czy parametry podane przez Zamawiającego w pkt. 17 tj, rpm 2500 min-1, RCF max 769xg z możliwością wirowania 4 próbek w tym samym czasie - dotyczą wirnika, wymaganego w dostawie wraz z wirówką czy są to parametry określające prędkość wirowania i maksymalne przyspieszenie dla wirówki ? Bardzo proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź na pytanie Nr 18b

Tak, są to parametry dotyczące wymaganego wirnika.

Pytanie Nr 19


Dot. Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia - Formularz asortymentowo-cenowy, dot. Załącznik 1.29

Czy Zamawiający dopuści wirnik horyzontalny z pojemnikami na 28 probówek typ S Monavette 5,5 ml zamiast wymaganych min. 30 szt probówek ?

Odpowiedź na pytanie Nr 19

Tak.

Treść powyższych odpowiedzi wraz ze zmianą Ogłoszenia jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Łukasz Górecki

Załącznik:

- 1) Zmodyfikowany w dniu 23.12.2020 r. – Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia – „Istotne Postanowienia Umowy”
- 2) Zmodyfikowany w dniu 23.12.2020 r. – Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia – „druk OFERTA”

