

Nr procedury: RZP-I-WI/44/DZP-1/2020

30 grudnia 2020 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.67.2020

L.dz.

.....

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **zakup sprzętu medycznego i pozostałego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szpitala Południowego”.**

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania złożone przez Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu oraz zmienia treść Ogłoszenia o zamówieniu, a także zamieszcza zmodyfikowane Załączniki do Ogłoszenia:

Pytanie nr 38

„Zadanie 10 - Laryngoskop

Czy Zamawiający dopuści rękojeść diodową 8000-10000 lux?”.

Odpowiedź na pytanie nr 38

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 39

„Zadanie 16 - Resuscytator

Czy Zamawiający dopuści objętość worka resuscytatora około 1 1650 ml?”.

Odpowiedź na pytanie nr 39

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 40

„Zadanie 16 - Resuscytator

Czy Zamawiający wyłączy pozycję „Resuscytator” z Zadania 16 i utworzy z niej oddzielne zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.”.

Odpowiedź na pytanie nr 40

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 41

„Dotyczy § 4 ust. 9 wzoru umowy (załącznik nr 3 do ogłoszenia)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie ww. zapisu. Ingerencja w sprzęt bez autoryzowanego serwisu w sposób naturalny musi powodować utratę uprawnień gwarancyjnych, ponieważ żaden producent nie zapewni prawidłowego działania swego produktu nie mając pewności, czy jest on serwisowany w sposób właściwy.”.

Odpowiedź na pytanie nr 41

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną w pytaniu Wykonawcy.

Zapis dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca nie usunie wady lub nie wymieni elementu P.U. na nowy.

Pytanie Nr 42

„Dotyczy § 4 ust. 11 wzoru umowy (załącznik nr 3 do ogłoszenia)

Zwracamy się z prośbą o usunięcie ww. zapisu dotyczącego przekazania Zamawiającemu kodów serwisowych. Wyżej wymieniony zapis wzoru umowy sprawia, że Zamawiający uzyska pełny dostęp do ingerencji w urządzenia będące przedmiotem postępowania, a co za tym idzie wytwórca utraci pewność, że urządzenia, za które ponosi on prawną odpowiedzialność nie ulegają modyfikacjom i są konserwowane i naprawiane w sposób właściwy. Z tego też powodu pełna odpowiedzialność za

występowanie incydentów medycznych zostanie zdjęta z wytwórcy i przejmie ją użytkownik – podmiot dokonujący ingerencji w urządzenie.

Należy również pamiętać, że ingerencja w sprzęt bez udziału autoryzowanego serwisu w sposób naturalny musi powodować utratę uprawnień gwarancyjnych, ponieważ żaden producent nie zapewni prawidłowego działania swego produktu nie mając pewności, czy jest on serwisowany w sposób właściwy. Należy również zwrócić uwagę, że wszelkie naprawy czy przeglądy okresowe, powinny być wykonywane przez przeszkolonych pracowników autoryzowanego serwisu. Natomiast w trakcie instalacji pracownik serwisu może przeszkodzić służby szpitalne z obsługi oraz reagowania na sytuacje awaryjne jak również przekazać im podstawowe informacje o konserwacji. Czy Zamawiający dopuści możliwość przekazania wymaganych dokumentów w zakresie dopuszczonym przez producenta sprzętu, zapewniając możliwość wykonania podstawowych czynności związanych z codzienną obsługą oraz podstawową obsługą serwisową?”.

Odpowiedź na pytanie nr 42

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną w pytaniu Wykonawcy.

Zapis dotyczy okresu eksploatacji po zakończeniu rękojmi i gwarancji.

Pytanie nr 43

„Dotyczy § 8 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy (załącznik nr 3 do ogłoszenia)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych do 2 000,00 zł za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1) lub § 4 ust. 11.”.

Odpowiedź na pytanie nr 43

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną w pytaniu Wykonawcy.

Pytanie nr 44

„Dotyczy § 8 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy (załącznik nr 3 do ogłoszenia)

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czego dotyczy ww. kara umowna, w umowie nie ma zapisu § 4 ust. 2 pkt 3).”.

Odpowiedź na pytanie nr 44

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 3 do Ogłoszenia poprzez wykreślenie w § 8 ust. 1 pkt 4) Istotnych Postanowień Umowy następującej treści: „w szczególności określonych w § 4 ust. 2 pkt 3)”. Jednocześnie Zamawiający przekazuje zmodyfikowany w dniu 30.12.2020 r. załącznik Nr 3 do Ogłoszenia pn.: „Istotne Postanowienia Umowy”.

Pytanie nr 45

„Dotyczy § 9 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 3 do ogłoszenia)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie następującego zapisu do umowy: „Zamawiający przez odstąpieniem od umowy pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy”.

Odpowiedź na pytanie nr 45

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną w pytaniu Wykonawcy. Analogiczne postanowienie zawarte jest w § 9 ust. 2.

Pytanie nr 46

„Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do ogłoszenia)

Zwracamy się z prośbą o dodanie terminu płatności do wzoru umowy”.

Odpowiedź na pytanie nr 46

Zamawiający informuje, że termin płatności określony jest w § 7 ust. 7 „Istotnych Postanowień Umowy”.

Pytanie nr 47

„Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do ogłoszenia)
Zwracamy się z prośbą o wskazanie dokładnego adresu dostawy.”

Odpowiedź na pytanie nr 47

Zamawiający podaje adres dostawy:
Szpital Południowy
ul. rtm. Witolda Pileckiego 99
02-781 Warszawa

Pytanie nr 48

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 1 zgodzi się na dostarczenie pomp infuzyjnych we wskazanym terminie, ale wydłużenie terminu na dostarczenie stacji dokujących do 6-8 tygodni od daty podpisania umowy? Pompy infuzyjne działają bez stacji dokujących i mają pełne zastosowanie kliniczne. Dodatkowo oferowane przez nas pompy mają w standardzie możliwość mocowania na szynach medycznych i stojakach o bardzo dużym zakresie regulacji.”

Odpowiedź na pytanie nr 48

Patrz załącznik „Opis przedmiotu zamówienia” załączony do niniejszego pisma.

Pytanie nr 49

Czy ze względu na krótki czas na zadawanie pytań oraz przygotowanie oferty – Zamawiający zgodzi się, aby w załączniku z parametrami technicznymi w przypadku niespełniania parametru opisać posiadane rozwiązanie, aby Zamawiający mógł ocenić, czy takie rozwiązanie spełnia Jego wymagania?

Odpowiedź na pytanie nr 49

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 (pompy infuzyjne) zgodzi się na podzielnie zadania i możliwość złożenia oferty tylko na jedną wybraną pozycję (część)?”

Odpowiedź na pytanie nr 50

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 51

„Czy Zamawiający dopuści zakończenie realizacji zamówienia- w terminie do 15.02.2011r?”

Odpowiedź na pytanie nr 51

Zamawiający modyfikuje terminy realizacji zgodnie z załącznikami do niniejszego pisma.

Pytania dotyczące Zadania nr 6

Łóżko szpitalne elektryczne – 200 szt.:

Pytanie nr 52

„Poz.4.Czy Zamawiający dopuści Szczyty odejmowane, tworzywowe lekkie stanowiące jedną zwartą bryłę z kolorową wstawką z tworzywa, bez dodatkowych widocznych rur lub innych elementów mocujących dokręcanych do szczytu. Szczyty łóżka zabezpieczone przed przypadkowym wypadnięciem np. podczas transportu. Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka umieszczone od góry szczytu ?”

Odpowiedź na pytanie nr 52

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53

„Poz.9. Czy Zamawiający dopuści Bariereki boczne bez zintegrowanych z nimi uchwytami na worki urologiczne, a przymocowanymi do ramy łóżka?”

Odpowiedź na pytanie nr 53

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54

„Poz.10. Czy Zamawiający dopuści Barierki boczne wyposażone we wskaźnik kąta pochylenia segmentu plecowego umieszczony w widocznym miejscu na obu barierkach bocznych segmentu plecowego z wyraźnym cyfrowym zaznaczeniem kątów 0,10,20,30,45,60,70,80,90° oraz wskaźnik pochylenia leża z zaznaczeniem kąta 15°?”

Odpowiedź na pytanie nr 54

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55

„Poz.11.Czy Zamawiający dopuści Barierki boczne wyposażone we wskaźnik kąta pochylenia segmentu plecowego umieszczony w widocznym miejscu na obu barierkach bocznych segmentu plecowego z wyraźnym cyfrowym zaznaczeniem kątów 0,10,20,30,45,60,70,80,90°. Najniższe położenie leża sygnalizowane zapaleniem się zielonej diody?”

Odpowiedź na pytanie nr 55

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56

„Poz.12.Czy Zamawiający dopuści Leże łóżka 4 – sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch pantografach?”

Odpowiedź na pytanie nr 56

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 57

„Poz.13.Czy Zamawiający dopuści Leże wypełnione odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi lamelami, z systemem zatraskiwania. Lamele wyposażone w otwory wentylacyjne. Lamele z tworzywa przeziernie dla promieni RTG w segmencie pleców?”

Odpowiedź na pytanie nr 57

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58

„Poz.14.Czy Zamawiający dopuści Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach?”

Odpowiedź na pytanie nr 58

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 59

„Poz.15.Czy Zamawiający dopuści podwójne koła jezdne o średnicy 150 mm gwarantujące doskonałą mobilność łóżka?”

Odpowiedź na pytanie nr 59

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60

„Poz.16.Czy Zamawiający dopuści:

1. Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy:

- a) Zintegrowanych przycisków w górnych barierkach bocznych łóżka od strony wewnętrznej dla pacjenta oraz zewnętrznej dla personelu (z obu stron), regulacje: wysokość, kąt nachylenia pleców i uda oraz autokontur,
 - b) Centralny panel sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi montowany na szczycie od strony nóg.
2. W celach bezpieczeństwa nie dopuszcza się przycisków umieszczonych w barierce bocznej od strony wewnętrznej służących do sterowania regulacji:
- a) anty i Trendelenburga
 - b) CPR (reanimacyjnej)
 - c) Antyszokowej
 - d) Krzesła kardiologicznego ?

Odpowiedź na pytanie nr 60

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61

„Poz.18.Czy Zamawiający dopuści Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem świecącym się w kolorze bursztynowym podczas ładowania?”.

Odpowiedź na pytanie nr 61

Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków.

Pytanie nr 62

„Poz.22.Czy Zamawiający dopuści Panel sterowniczy bez takiej funkcji?”.

Odpowiedź na pytanie nr 62

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 63

„Poz.27.Czy Zamawiający dopuści Regulację elektryczną pozycji Trendelenburga 12° –sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg?”.

Odpowiedź na pytanie nr 63

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 64

„Poz.28. Czy Zamawiający dopuści Regulację elektryczną pozycji anty-Trendelenburga 12° – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg?”.

Odpowiedź na pytanie nr 64

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 65

„Poz.31.Czy Zamawiający dopuści Elektryczną funkcję antyszokową z każdej pozycji– sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg ??”.

Odpowiedź na pytanie nr 65

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 66

„Poz.34.Czy Zamawiający dopuści łóżko bez takiego zabezpieczenia?”.

Odpowiedź na pytanie nr 66

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 67

„Poz.35. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez takiej funkcji?”.

Odpowiedź na pytanie nr 67

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 68

„Poz.36. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez takiego przycisku?”.

Odpowiedź na pytanie nr 68

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 69

„Poz.38. Czy Zamawiający dopuści podstawę łóżka niewymagającą osłony?”.

Odpowiedź na pytanie nr 69

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 70

„Poz.42. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez takiego systemu?”.

Odpowiedź na pytanie nr 70

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 71

„Poz.43. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez takiego systemu?”.

Odpowiedź na pytanie nr 71

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 72

„Poz.44. Czy Zamawiający dopuści Możliwość wyboru kolorystyki elementów łóżka z zaproponowanego wzornika przez Wykonawcę – 8 kolorów?”.

Odpowiedź na pytanie nr 72

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 73

„Poz.45. Czy Zamawiający dopuści wyposażenie:

- a) Barierki boczne dzielone zabezpieczające na całej długości opisane powyżej
- b) Stalowe haczyki na worki urologiczne – 2szt po każdej stronie łóżka
- c) Wieszak kroplówki
- d) Miejsce na kartę gorączkową
- e) Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym wody. Zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Wysokość materaca 120mm?”.

Odpowiedź na pytanie nr 72

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Szafka przyłóżkowa z panelem bocznym – 200 szt.**Pytanie nr 74**

„Poz.4. Czy Zamawiający dopuści Szafkę dwustronną, bez panelu bocznego, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności. Szkielet szafki wykonany z aluminium?”.

Odpowiedź na pytanie nr 74

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 75

„Poz.5.Czy Zamawiający dopuści szafkę bez blatu bocznego, Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?”.

Odpowiedź na pytanie nr 75

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 76

„Poz.6.Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w:

- a) jedną mniejszą szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem
- b) drugą mniejszą szufladę znajdującą się bezpośrednio pod pierwszą
- c) trzecią większą szufladę znajdującą się na dole szafki,
- d) Wszystkie szuflady gwarantujące nieograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce.
- e) Szuflady wysuwane na prowadnicach ślizgowych”.

Odpowiedź na pytanie nr 76

Nie, Zamawiający nie dopuszcza szafki składającej się jedynie z szuflad.

Pytanie nr 77

„7.Czy Zamawiający dopuści szuflady bez tworzywowych wkładów. Fronty szuflad wykonane z laminowanej płyty wiórowej?”.

Odpowiedź na pytanie nr 77

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 78

„Poz.9. Czy Zamawiający dopuści Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy 50 mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem”.

Odpowiedź na pytanie nr 78

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 79

„Poz.10.Czy Zamawiający dopuści szafki bez takiego systemu blokowania kół. W proponowanych szafkach blokowane są 2 koła?”.

Odpowiedź na pytanie nr 79

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 80

„Poz.11.Czy Zamawiający dopuści blat górny wykonany z materiału ABS z podniesionymi krawędziami dla zatrzymania rozlanych płynów oraz łatwego mycia i utrzymania czystości?”.

Odpowiedź na pytanie nr 80

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 81

„Poz.12.Czy Zamawiający dopuści szafkę bez takiego blatu bocznego?”.

Odpowiedź na pytanie nr 81

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 82

„Poz.13. Czy Zamawiający dopuści szufladę bez możliwości takiej rozbudowy?”.

Odpowiedź na pytanie nr 82

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 83

„Poz.14.Czy Zamawiający dopuści brak wpisu lub zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?”.

Odpowiedź na pytanie nr 83

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Materac przeciwoleżynowy aktywny – 60 szt.

Pytanie nr 84

„Poz.6.Czy Zamawiający dopuści Materac zmiennociśnieniowy, komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co druga ?”.

Odpowiedź na pytanie nr 84

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 85

„Poz.7. Czy Zamawiający dopuści Funkcję szybkiego spuszczenia powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 15 sekund?”.

Odpowiedź na pytanie nr 85

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 86

„Poz.8. Czy Zamawiający dopuści Materac kładziony bezpośrednio na ramę leża. Wysokość komór po napompowaniu 20cm ?”.

Odpowiedź na pytanie nr 86

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 87

„Poz.15.Czy Zamawiający dopuści Pokrowiec paroprzepuszczalny, nie przepuszczający cieczy, odpinany na zamek z zabezpieczeniem z góry przed zalaniem. Zamek wyposażony w jeden suwak. Możliwość prania pokrowca w temp. 60°?”.

Odpowiedź na pytanie nr 87

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 88

„Poz.16.Czy Zamawiający dopuści Pompę ze sterowaniem mikroprocesorowym wyposażoną w:

- system pracy dostosowujący parametry pracy dla realizacji terapii odleżyn do IV stopnia (w skali czterostopniowej) włącznie,
- panel sterujący umożliwiający dokonywanie indywidualnych zmian ustawień,
- funkcję regulacji ciśnienia w materacu w zakresie od 20 do 32mmHg (tzw. niskiego ciśnienia) co 5 mmHg.
- funkcję wyboru trybu statycznego i dynamicznego
- funkcję maksymalnego napełnienia wszystkich komór - funkcja pielęgnacyjna z automatycznym powrotem do pierwotnych ustawień po 15 min.
- alarm świetlny i dźwiękowy spadku ciśnienia, serwisowy oraz awarii zasilania

- wyłącznik alarmu dźwiękowego
- blokada automatyczna funkcji
- wskaźnik gotowości materaca do pracy,
- podwójny wąż powietrza zakończony szybkozłączkami
- filtr przeciwpylowy
- zaczepy do zawieszania na ramie łóżka
- Zasilanie 230V 50 HZ ?”.

Odpowiedź na pytanie nr 88

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytania dotyczące Zadania nr 8 WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH

Pytanie nr 89

„Poz.6.Czy Zamawiający dopuści brak potwierdzenia, że stosowane powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych?”.

Odpowiedź na pytanie nr 89

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 90

„Poz.7.Czy Zamawiający dopuści:
Szerokość całkowita: 780 mm
Długość całkowita: 2170 mm
Materac o wymiarach 1930x620mm?”.

Odpowiedź na pytanie nr 90

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 91

„Poz.8.Czy Zamawiający dopuści Wysokość regulowaną nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 560 - 860 mm , regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka?”.

Odpowiedź na pytanie nr 91

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 92

„Poz.9. Czy Zamawiający dopuści Pozycję Trendelenburga uzyskiwaną za pomocą regulacji hydraulicznej z blokadą: 0° - 16° – regulacja płynna?”.

Odpowiedź na pytanie nr 92

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 93

„Poz10. Czy Zamawiający dopuści Pozycję anti-Trendelenburga uzyskiwaną za pomocą regulacji hydraulicznej z blokadą: 0° - 16° – regulacja płynna?”.

Odpowiedź na pytanie nr 93

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 94

„Poz.11.Czy Zamawiający dopuści nożną dźwignię regulacji przechyłów wzdłużnych dostępną od obu stron dłuższych boków wózka?”.

Odpowiedź na pytanie nr 94

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 95

„Poz.12.Czy Zamawiający dopuści leże 2-segmentowe, wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych?”.

Odpowiedź na pytanie nr 95

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 96

„Poz.13. Czy Zamawiający dopuści brak pod leżem prowadnicy na kasetę RTG umożliwiającą jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia?”.

Odpowiedź na pytanie nr 96

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 97

„Poz.14.Czy Zamawiający dopuści mocowanie wyposażenia dodatkowego w sposób alternatywny do aluminiowej listwy?”.

Odpowiedź na pytanie nr 97

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 98

„Poz.15.Czy Zamawiający dopuści mocowanie dodatkowej aparatury medycznej w sposób alternatywny do nierdzewnych szyn?”.

Odpowiedź na pytanie nr 98

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 99

„Poz.16.Czy Zamawiający dopuści bariery wózka chromowane z tworzywowymi wstawkami. Bariery z możliwością blokady podczas transportu. Na szczycie wózka od strony głowy składane tworzywowe uchwyty do przetaczania?”.

Odpowiedź na pytanie nr 99

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 100

„Poz.17.Czy Zamawiający dopuści ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyn gazowych z blokadą w zakresie: 0-90° - regulacja płynna?”.

Odpowiedź na pytanie nr 100

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 101

„Poz.18.Czy Zamawiający dopuści brak regulacji segmentu uda?”.

Odpowiedź na pytanie nr 101

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 102

„Poz.19.Czy Zamawiający dopuści 4 naroża wózka odpowiednio wyprofilowane, spełniające funkcję krążków odbojowych?”.

Odpowiedź na pytanie nr 102

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 103

„Poz.20.Czy Zamawiający dopuści barierki boczne o długości 1470 mm składające się z 6 pionowych poprzeczek i poziomej tworzywowej poręczy zakończonej od strony nóg wyprofilowaniem umożliwiającym pchanie wózka?”.

Odpowiedź na pytanie nr 103

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 104

„Poz.21. Czy Zamawiający dopuści barierki boczne opuszczane za pomocą zwolnienia jednej dźwigni charakterystycznie oznaczonej kolorem żółtym?”.

Odpowiedź na pytanie nr 104

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 105

„Poz.23.Czy Zamawiający dopuści wyposażenie wózka:

- wieszak kroplówki wyposażony w 2 haczyki,
- Uchwyty do przetaczania od strony nóg
- Uchwyt na ręcznik papierowy
- materac składający się:
 - pianka poliuretanowa pokryta obiciem tapicerskim,
 - grubość materaca 8 cm. ?”.

Odpowiedź na pytanie nr 105

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 106

„Poz.25.Czy Zamawiający dopuści Podstawę wózka osłoniętą obudową wykonaną z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na min. 2-litrową butlę z gazem oraz wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta. Osłona podwozia łatwo demontowana za pomocą podstawowych narzędzi?”.

Odpowiedź na pytanie nr 106

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga demontowania osłon bez użycia narzędzi.

Pytanie nr 107

„Poz.26.Czy Zamawiający dopuści Dźwignię blokady centralnej dostępną przy każdym krótszym boku wózka. Koła o średnicy 200mm?”.

Odpowiedź na pytanie nr 107

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 108

„Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje realizację dostaw częściowych, czy będzie to dostawa jednorazowa?”.

Odpowiedź na pytanie nr 108

Patrz załącznik „Opis przedmiotu zamówienia” załączony do niniejszego pisma.

Zadanie 2 Ssak próżniowy**Pytanie nr 109**

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego rozwiązania w postaci ssaka próżniowego wykonanego z wysokiej jakości materiału ABS, pozostałe parametry zgodnie z zapisami SIWZ.”.

Odpowiedź na pytanie nr 109

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 110

„Umowa §3 ust. 2 pkt. 1)

1. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu szkolenia personelu w zakresie zadania Nr 2 - ssaki próżniowe. Oferowane ssaki dostarczane są de facto gotowe do użytku. Poza tym oferowane ssaki są bardzo proste w obsłudze - wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi /w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą/, zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne Użytkownikom, czy personelowi technicznemu. Ponadto ze sprzętu jakim są oferowane ssaki nie uzyskuje się żadnych informacji, które przez personel muszą być wykorzystane i poddane interpretacji, gdy nie jest to aparatura medyczna. Konieczność realizacji powyższych wymogów dla oferowanych ssaków przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej. Pragniemy również zauważyć, iż z uwagi na panującą pandemię COVID-19 przeprowadzenie jakiegokolwiek szkolenia może stanowić znaczne utrudnienia. W związku z powyższym, prosimy o dokonanie stosownych zmian zapisów SIWZ oraz projektu umowy.”.

Odpowiedź na pytanie nr 110

Zamawiający rezygnuje z wymogu szkolenia personelu w zakresie zadania Nr 2.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji § 3 ust. 2 Istotnych Postanowień Umowy oraz Załącznika nr 1 do Ogłoszenia – Formularz „Asortymentowo-cenowy” – w zakresie zadania nr 2.

Pytanie nr 111

„Umowa §4 ust. 5 pkt. d)

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu naprawy gwarancyjnej do 30 dni w przypadku naprawy wymagającej przesłania urządzenia do międzynarodowego centrum serwisowego, bądź sprowadzenia części z zagranicy. Pragniemy zauważyć, iż w związku z występowaniem pandemii COVID-19 z powodów logistycznych oraz znacznego wydłużenia czasu oczekiwania na dostawy komponentów do serwisowanych urządzeń nie jesteśmy w stanie zapewnić realizacji usługi w tak krótkim terminie. Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności za niezawinione przez niego okoliczności, takie jak występujące w związku z COVID-19 problemy z łańcuchem dostaw.”.

Odpowiedź na pytanie nr 111

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 4 ust. 5 Istotnych Postanowień Umowy.

Pytanie nr 112

„Umowa §8 ust. 1 pkt. 1)

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej z tytułu zwłoki w zakończeniu Przedmiotu Umowy do wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”.

Odpowiedź na pytanie nr 112

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie nr 113

„Umowa §8 ust. 1 pkt. 6)

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej z tytułu częściowego odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron – z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę do wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za niewykonaną część Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4.”.

Odpowiedź na pytanie nr 113

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

Zadanie nr 4: Stół zabiegowy elektryczny – 5 szt.

Pytanie nr 114

„Czy Zamawiający przychylił się do prośby i wyraził zgodę na złożenie oferty w zakresie zadania nr 4.”

Odpowiedź na pytanie nr 114

Tak

Pytanie nr 115

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu zabiegowego elektrycznego z segmentem pleców o długości 530mm?”

Odpowiedź na pytanie nr 115

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 116

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu zabiegowego elektrycznego z segmentem głowy o długości 380mm?”

Odpowiedź na pytanie nr 116

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 117

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu zabiegowego elektrycznego z regulowanym segmentem głowy w zakresie $-25^{\circ}/+30^{\circ}$?”

Odpowiedź na pytanie nr 117

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 118

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu zabiegowego elektrycznego wyposażonego w uchwyt na podkład jednorazowy za segmentem pleców?”

Odpowiedź na pytanie nr 118

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 119

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu zabiegowego elektrycznego z segmentem siedziska o długości 430mm?”

Odpowiedź na pytanie nr 119

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 120

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu zabiegowego elektrycznego z segmentem nożnym regulowanym w zakresie -60° do 0° ?”

Odpowiedź na pytanie nr 120

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 121

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu zabiegowego elektrycznego z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 530mm -1000mm?”

Odpowiedź na pytanie nr 121

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 122

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu zabiegowego elektrycznego, w którym regulacja wysokości realizowana jest z pilota przewodowego oraz przewodowego sterownika nożnego?”

Odpowiedź na pytanie nr 122

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 123

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy elektryczny wyposażony w podstawę mobilną wyposażoną w 4 koła o średnicy 125mm z centralną blokadą kół? Całość konstrukcji jest stabilna i nie wymaga stosowania gumowych nóżek.”.

Odpowiedź na pytanie nr 123

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 6 – łóżko szpitalne elektryczne – 200 szt.

Pytanie nr 124

„Punkt 4 Tabeli. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka, w których ze względów bezpieczeństwa, jedynie szczyt od strony nóg pacjenta posiada możliwość blokady przed przypadkowym wypadnięciem, za pomocą dwóch przycisków? W oferowanych łóżkach szczyt od strony głowy pacjenta takiej blokady nie posiada – mogłoby to wydłużyć czas uzyskania dostępu do pacjenta w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta (np. w sytuacji konieczności reanimacji pacjenta).”.

Odpowiedź na pytanie nr 124

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 125

„Punkt 5 Tabeli. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka, ze szczytem od strony głowy poruszającym się wraz z leżem? Być może takie rozwiązanie nie zabezpiecza przed niszczeniem ścian, ale zabezpiecza pacjenta.”.

Odpowiedź na pytanie nr 125

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 126

„Punkt 7 Tabeli. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z barierkami bocznymi wyposażonymi w system spowalniający opadanie, ale bez konieczności wspomaganie sprężyną gazową?”.

Odpowiedź na pytanie nr 126

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 127

„Punkt 9 Tabeli. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z barierkami bocznymi bez zintegrowanych uchwytów na worki urologiczne? Oferowane łóżka posiadają znaczne wygodniejsze rozwiązanie w postaci uchwytów na worki urologiczne z możliwością montażu w dowolnym miejscu na ramie leża.”.

Odpowiedź na pytanie nr 127

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 128

„Punkty 10 i 11 Tabeli. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka bez opisanego w tych punktach „wbudowanego zintegrowanego wskaźnika kątownego” ? Jest to rozwiązanie charakterystyczne dla łóżka Eleganza 2 firmy Linet.”.

Odpowiedź na pytanie nr 128

Nie, Zamawiający nie dopuszcza, według wiedzy Zamawiającego takie lub równoważne rozwiązanie posiadają różni producenci łóżek.

Pytanie nr 129

„Punkt 12 Tabeli. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka o nowoczesnej konstrukcji opartej na systemie pantografowym z 6 punktowym systemem podpory leża?”.

Odpowiedź na pytanie nr 129

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 130

„Punkt 13 Tabeli. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z leżem wypełnionym odejmowanymi panelami wykonanymi z tworzywa HPL, w pełni przeziernymi dla promieni RTG, bez otworów wentylacyjnych oraz bez systemu odprowadzania płynów pod łóżko?”.

Odpowiedź na pytanie nr 130

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 131

„Punkt 16 Tabeli. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka ze zintegrowanymi przyciskami w górnych barierkach bocznych – od strony wewnętrznej (dla pacjenta) i zewnętrznej (dla personelu), gdzie przyciski dla personelu są dodatkowe wyposażone w funkcje Trendelenburga i anty-Trendelenburga?”.

Odpowiedź na pytanie nr 131

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 132

„Punkt 16 Tabeli. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z centralnym panelem sterowania bez podziału na 3 pola odróżniające się kolorystycznie?”.

Odpowiedź na pytanie nr 132

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 133

„Punkt 16 Tabeli. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka, które zamiast zintegrowanych przycisków w górnych barierkach bocznych posiadają pilot przewodowy dostępny zarówno dla pacjenta jak i personelu?”.

Odpowiedź na pytanie nr 133

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 134

„Punkt 18 Tabeli. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z wbudowanym akumulatorem bez wskaźnika informującym o konieczności wymiany akumulatora?”.

Odpowiedź na pytanie nr 134

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 135

„Punkt 19 Tabeli. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka o długości zewnętrznej 2270 mm z możliwością przedłużenia leża o 320 mm ?”.

Odpowiedź na pytanie nr 135

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 136

„Punkt 21 Tabeli. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z elektryczną regulacją wysokości leża w zakresie 390 – 800 mm ?”.

Odpowiedź na pytanie nr 136

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 137

„Punkt 22 Tabeli. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka bez funkcji automatycznego zatrzymania oparcia pleców pod kątem 30 st. ?”.

Odpowiedź na pytanie nr 137

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 138

„Punkt 23 Tabeli. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z elektryczną regulacją części plecowej w zakresie 70⁰?”.

Odpowiedź na pytanie nr 138

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 139

„Punkt 24 Tabeli. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z elektryczną regulacją części nożnej w zakresie 40⁰?”.

Odpowiedź na pytanie nr 139

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 140

„Punkt 34 Tabeli. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka, które są dodatkowo wyposażone w przewodowy pilot bez przycisku uruchamiającego dostępność funkcji?”

Odpowiedź na pytanie nr 140

Zamawiający dopuszcza dodatkowy pilot, ale pod warunkiem zapewnienia również funkcjonalności z pkt 34.

Pytanie nr 141

„Punkt 36 Tabeli. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka bez przycisku opisanego w tym punkcie?”.

Odpowiedź na pytanie nr 141

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 142

„Punkt 37 Tabeli. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z wysuwaną spod leża półką np. do odkładania pościeli, ale bez możliwości schowania centralnego panelu sterowniczego?”.

Odpowiedź na pytanie nr 142

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 143

„Punkt 38 Tabeli. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka bez tworzywowej osłony podstawy?”.

Odpowiedź na pytanie nr 143

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 144

„Punkt 42 Tabeli. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka bez sytemu elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem?”.

Odpowiedź na pytanie nr 144

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 145

„Punkt 43 Tabeli. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z systemem elektrycznym bez funkcji pamięci?”.

Odpowiedź na pytanie nr 145

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 146

„Punkt 45 Tabeli. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z materacem o wysokości 12 cm?”.

Odpowiedź na pytanie nr 146

Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.

Pytanie nr 147

„Punkt 45 Tabeli. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z materacem typu Gofer bez konieczności stosowania nacięcia w okolicy uda?”

Odpowiedź na pytanie nr 147

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 6 – Szafka przyłóżkowa z panelem bocznym – 200 szt.

Pytanie nr 148

„Punkt 5 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z panelem bocznym o następujących wymiarach zewnętrznych: wysokość 86 cm, głębokość 39 cm, szerokość 51 cm, regulacja wysokości blatu bocznego 76-106 cm, wymiary blatu bocznego 34x58 cm?”

Odpowiedź na pytanie nr 148

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 149

„Punkt 6 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową bez wyposażenia w drugą szufladę oraz bez półki na basen?”.

Odpowiedź na pytanie nr 149

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 150

„Punkt 7 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z frontami szuflad wykonanymi z blachy stalowej ocynkowanej i pokrytej lakierem proszkowym?”.

Odpowiedź na pytanie nr 150

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 151

„Punkt 9 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w układ jezdny w postaci czterech kół o średnicy 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieźnikiem?”.

Odpowiedź na pytanie nr 151

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 152

„Punkt 10 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z systemem blokowania i odblokowywania kół w postaci indywidualnych dźwigni nożnych znajdujących się bezpośrednio przy kołach?”

Odpowiedź na pytanie nr 152

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 153

„Punkt 11 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, której górny blat oraz blat boczny wykonane są z tworzywa ABS, charakteryzującego się równie wysoką odpornością na wilgoć i temperaturę, co rozwiązanie wymagane przez Zamawiającego, bez możliwości wyboru kolorystyki blatu (blat wykonany z tworzywa w kolorze złamanej bieli), oba blaty z podwyższonymi brzegami zapobiegającymi zlewaniu się płynów lub spadaniu przedmiotów, bez relingów służących do przetaczania szafki?”

Odpowiedź na pytanie nr 153

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 154

„Punkt 12 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym posiadającym podwyższenia wszystkich czterech krawędzi mające na celu zabezpieczenie przedmiotów przed zsunięciem się?”

Odpowiedź na pytanie nr 154

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 155

„Punkt 13 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową bez możliwości rozbudowania szuflady o zamek z kluczykiem?”

Odpowiedź na pytanie nr 155

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie nr 6 – Materac przeciwoleżynowy aktywny – 60 sztuk.**Wariant 1.****Pytanie nr 156**

„Pkt. 5 Prosimy o potwierdzenie, że materac ma być przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie, wg. skali IV stopniowej”.

Odpowiedź na pytanie nr 156

Zgodnie z Ogłoszeniem.

Pytanie nr 157

„Pkt. 7 Prosimy o dopuszczenie funkcji szybkiego spuszczenia powietrza z zaworem CPR w krótkim czasie. Prosimy o odstąpienie od podawania konkretnego czasu spuszczenia powietrza, gdyż uzależniony on jest od wagi konkretnego pacjenta.”

Odpowiedź na pytanie nr 157

Zgodnie z Ogłoszeniem.

Pytanie nr 158

„Pkt. 8 Prosimy o dopuszczenie materaca kładzionego bezpośrednio na ramę leża. Wysokość komór po napompowaniu 10 cm. Zintegrowany z materacem spodni podkład piankowy o grubości 6 cm. Łączna wysokość materaca 16 cm”.

Odpowiedź na pytanie nr 158

Zgodnie z Ogłoszeniem.

Pytanie nr 159

„Pkt. 12

Prosimy o odstąpienie od wymogu odcinkowego usuwania komór (informujemy, że w przypadku systemów zmiennociśnieniowych, wypięcie komory doprowadzi do sytuacji, że dwie lub trzy sąsiadujące komory będą pozbawione powietrza – może to doprowadzić do ryzyko kontaktu pacjenta z podłożem) Prosimy więc o dopuszczenie materaca, który realizuje swoją funkcję terapeutyczną bez konieczności wypinania pojedynczych komór.”.

Odpowiedź na pytanie nr 159

Zgodnie z Ogłoszeniem.

Pytanie nr 160

„Pkt. 14 Prosimy o dopuszczenie pokrowca rozciągliwego w czterech kierunkach (jest to parametr lepszy), spełniającego pozostałe wymogi.”.

Odpowiedź na pytanie nr 160

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 161

„Pkt. 15 Prosimy o dopuszczenie pokrowca z powłoką z poliuretanu odpornego na penetracje przez bakterie i patogeny pochodzące z krwi, spełniającego pozostałe wymogi.”.

Odpowiedź na pytanie nr 161

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 162

„Pkt. 16 Prosimy o dopuszczenie pompy z funkcją całkowicie automatycznego dostosowania parametrów ciśnienia do wagi, postury i ułożenia pacjenta, bez konieczności wybierania ustawień przez personel (jest to parametr lepszy) oraz prosimy o dopuszczenie blokady panelu sterowania uruchamianej automatycznie po 5 min.”.

Odpowiedź na pytanie nr 162

Zgodnie z Ogłoszeniem.

Wariant 2.**Pytanie nr 163**

„Pkt. 5 Prosimy o potwierdzenie, że materac ma być przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie, wg. skali IV stopniowej”.

Odpowiedź na pytanie nr 163

Zgodnie z Ogłoszeniem.

Pytanie nr 164

„Pkt. 7 Prosimy o dopuszczenie funkcji szybkiego spuszczenia powietrza z zaworem CPR w krótkim czasie. Prosimy o odstąpienie od podawania konkretnego czasu spuszczenia powietrza, gdyż uzależniony on jest od wagi konkretnego pacjenta.”.

Odpowiedź na pytanie nr 164

Zgodnie z Ogłoszeniem.

Pytanie nr 165

„Pkt. 8 Prosimy o dopuszczenie materaca kładzionego bezpośrednio na ramę leża. Wysokość komór po napompowaniu 10 cm. Zintegrowany z materacem spodni podkład piankowy o grubości 6 cm. Łączna wysokość materaca 16 cm”.

Odpowiedź na pytanie nr 165

Zgodnie z Ogłoszeniem.

Pytanie nr 166

„Pkt. 14 Prosimy o dopuszczenie pokrowca rozciągliwego w czterech kierunkach (jest to parametr lepszy), spełniającego pozostałe wymogi.”.

Odpowiedź na pytanie nr 166

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 167

„Pkt. 12 Prosimy o odstąpienie od wymogu odcinkowego usuwania komór (informujemy, że w przypadku systemów zmiennociśnieniowych, wypięcie komory doprowadzi do sytuacji, że dwie lub trzy sąsiadujące komory będą pozbawione powietrza – może to doprowadzić do ryzyko kontaktu pacjenta z podłożem) Prosimy więc o dopuszczenie materaca, który realizuje swoją funkcję terapeutyczną bez konieczności wypinania pojedynczych komór.”.

Odpowiedź na pytanie nr 167

Zgodnie z Ogłoszeniem.

Pytanie nr 168

„Pkt. 15 Prosimy o dopuszczenie pokrowca z powłoką z poliuretanu odpornego na penetracje przez bakterie i patogeny pochodzące z krwi, spełniającego pozostałe wymogi.”.

Odpowiedź na pytanie nr 168

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 169

„Pkt. 16 Prosimy o dopuszczenie 10 stopniowej regulacji ciśnienia w komorach względem wagi pacjenta, z indykatorem wybranego ustawienia wyświetlanym na panelu pompy oraz prosimy o dopuszczenie blokady panelu sterowania uruchamianej automatycznie po 5 min.”.

Odpowiedź na pytanie nr 169

Zgodnie z Ogłoszeniem.

Wariant 3.

Pytanie nr 170

„Pkt. 5 Prosimy o potwierdzenie, że materac ma być przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie, wg. skali IV stopniowej”.

Odpowiedź na pytanie nr 170

Zgodnie z Ogłoszeniem.

Pytanie nr 171

„Pkt. 6 Prosimy o dopuszczenie materaca zmiennociśnieniowego, w którym komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co druga –system 1:2”.

Odpowiedź na pytanie nr 171

Zgodnie z Ogłoszeniem.

Pytanie nr 172

„Pkt. 7 Prosimy o dopuszczenie funkcji szybkiego spuszczenia powietrza z zaworem CPR w krótkim czasie. Prosimy o odstąpienie od podawania konkretnego czasu spuszczenia powietrza, gdyż uzależniony on jest od wagi konkretnego pacjenta.”

Odpowiedź na pytanie nr 172

Zgodnie z Ogłoszeniem.

Pytanie nr 173

„Pkt. 8 Prosimy o dopuszczenie materaca kładzonego bezpośrednio na ramę leża. Wysokość materaca po napompowaniu 15 cm. Zintegrowany z materacem spodni podkład statyczny powietrzny o funkcjonalności analogicznej z podkładem piankowych, tj. zabezpieczający przed kontaktem pacjenta z ramą leża.”

Odpowiedź na pytanie nr 173

Zgodnie z Ogłoszeniem.

Pytanie nr 174

„Pkt. 12 Prosimy o odstąpienie od wymogu odcinkowego usuwania komór (informujemy, że w przypadku systemów zmiennociśnieniowych, wypięcie komory doprowadzi do sytuacji, że dwie lub trzy sąsiadujące komory będą pozbawione powietrza – może to doprowadzić do ryzyko kontaktu pacjenta z podłożem) Prosimy więc o dopuszczenie materaca, który realizuje swoją funkcję terapeutyczną bez konieczności wypinania pojedynczych komór.”

Odpowiedź na pytanie nr 174

Zgodnie z Ogłoszeniem.

Pytanie nr 175

„Pkt. 14 Prosimy o dopuszczenie pokrowca rozciągliwego w czterech kierunkach (jest to parametr lepszy), spełniającego pozostałe wymogi.”

Odpowiedź na pytanie nr 175

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 176

„Pkt. 15 Prosimy o dopuszczenie pokrowca z powłoką z poliuretanu, odpornego na penetracje przez bakterie i patogeny pochodzące z krwi, spełniającego pozostałe wymogi.”

Odpowiedź na pytanie nr 176

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 177

„Pkt. 16 Prosimy o dopuszczenie pompy z funkcją całkowicie automatycznego dostosowania parametrów ciśnienia do wagi, postury i ułożenia pacjenta, bez konieczności wybierania ustawień przez personel (jest to parametr lepszy) oraz prosimy o dopuszczenie blokady panelu sterowania uruchamianej automatycznie po 5 min.”

Odpowiedź na pytanie nr 177

Zgodnie z Ogłoszeniem.

Wariant 4.

Pytanie nr 178

„Pkt. 5 Prosimy o potwierdzenie, że materac ma być przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie, wg. skali IV stopniowej”.

Odpowiedź na pytanie nr 178

Zgodnie z Ogłoszeniem.

Pytanie nr 179

„Pkt. 6 Prosimy o dopuszczenie materaca zmiennociśnieniowego, w którym komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co druga –system 1:2”.

Odpowiedź na pytanie nr 179

Zgodnie z Ogłoszeniem.

Pytanie nr 180

„Pkt. 7 Prosimy o dopuszczenie funkcji szybkiego spuszczenia powietrza z zaworem CPR w krótkim czasie. Prosimy o odstąpienie od podawania konkretnego czasu spuszczenia powietrza, gdyż uzależniony on jest od wagi konkretnego pacjenta.”.

Odpowiedź na pytanie nr 180

Zgodnie z Ogłoszeniem.

Pytanie nr 181

„Pkt. 8 Prosimy o dopuszczenie materaca kładzionego bezpośrednio na ramę leża. Wysokość materaca po napompowaniu 15 cm. Zintegrowany z materacem spodni podkład statyczny powietrzny o funkcjonalności analogicznej z podkładem piankowych, tj. zabezpieczający przed kontaktem pacjenta z ramą leża.”.

Odpowiedź na pytanie nr 181

Zgodnie z Ogłoszeniem.

Pytanie nr 182

„Pkt. 12 Prosimy o odstąpienie od wymogu odcinkowego usuwania komór (informujemy, że w przypadku systemów zmiennociśnieniowych, wypięcie komory doprowadzi do sytuacji, że dwie lub trzy sąsiadujące komory będą pozbawione powietrza – może to doprowadzić do ryzyko kontaktu pacjenta z podłożem) Prosimy więc o dopuszczenie materaca, który realizuje swoją funkcję terapeutyczną bez konieczności wypinania pojedynczych komór.”.

Odpowiedź na pytanie nr 182

Zgodnie z Ogłoszeniem.

Pytanie nr 183

„Pkt. 14 Prosimy o dopuszczenie pokrowca rozciągliwego w czterech kierunkach (jest to parametr lepszy), spełniającego pozostałe wymogi.”.

Odpowiedź na pytanie nr 183

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 184

„Pkt. 15 Prosimy o dopuszczenie pokrowca z powłoką z poliuretanu odpornego na penetracje przez bakterie i patogeny pochodzące z krwi, spełniającego pozostałe wymogi.”.

Odpowiedź na pytanie nr 184

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 185

„Pkt. 16 Prosimy o dopuszczenie 10 stopniowej regulacji ciśnienia w komorach względem wagi pacjenta, z indykatoem wybranego ustawienia wyświetlanym na panelu pompy oraz prosimy o dopuszczenie blokady panelu sterowania uruchamianej automatycznie po 5 min.”

Odpowiedź na pytanie nr 185

Zgodnie z Ogłoszeniem.

Zadanie nr 8 – Wózek do przewożenia chorych

Pytanie nr 186

„Punkt 6 - Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania przez lakier dokumentacji zgodnie z normą EN ISO 10993-5:2009 lub równoważną, potwierdzającą, że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych lub też czy uzna oświadczenie producenta wózka do przewożenia chorych jako wystarczające w tym zakresie?”

Odpowiedź na pytanie nr 186

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 187

„Punkt 7 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o następujących wymiarach: szerokość bez barierok bocznych: 680 mm, szerokość z barierkami 750 mm, długość całkowita (z odbojami): 2000 mm, wymiary materaca: 1970 x 650 mm?”.

Odpowiedź na pytanie nr 187

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 188

„Punkt 8 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z wysokością regulowaną nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 600 – 900 mm (wymiar dotyczy powierzchni materaca)?”.

Odpowiedź na pytanie nr 188

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 189

„Punkt 9 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z pozycją Trendelenburga uzyskiwaną za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie 0° - 23°? Jest to zakres znacznie większy niż obecnie wymagany przez Zamawiającego.”.

Odpowiedź na pytanie nr 189

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 190

„Punkt 11 – Czy Zamawiający dopuści, aby wózek wyposażony był w dźwignię regulacji przechyłów wzdłużnych dostępną tylko od strony nóg?”.

Odpowiedź na pytanie nr 190

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 191

„Punkt 12 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z leżem trzysegmentowym, z czego dwa segmentu ruchome, wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG?”.

Odpowiedź na pytanie nr 191

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 192

„Punkt 13 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z segmentami leża bez prowadnicy na kasetę RTG, ale z dwoma tunelami na kasetę RTG znajdującymi się w segmencie oparcia pleców oraz w segmencie środkowym?”.

Odpowiedź na pytanie nr 192

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 193

„Punkt 14 – Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek bez listwy aluminiowej opisanej przez Zamawiającego?”

Odpowiedź na pytanie nr 193

Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania funkcjonalności w sposób równoważny.

Pytanie nr 194

„Punkt 15 – Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek bez dodatkowych nierdzewnych szyn umieszczonych pod dźwigniami przechyłów wzdłużnych?”

Odpowiedź na pytanie nr 194

Tak Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania funkcjonalności w sposób równoważny.

Pytanie nr 195

„Punkt 16 – Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek wyposażony w jeden chromowany szczyt zamontowany na stałe od strony nóg pełniący jednocześnie funkcję uchwytu do przetaczania wózka?”

Odpowiedź na pytanie nr 195

Tak Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania funkcjonalności w sposób równoważny.

Pytanie nr 196

„Punkt 18 – Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek z ruchomym segmentem uda regulowanym za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie 0° - 35°?”

Odpowiedź na pytanie nr 196

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 197

„Punkt 19 – Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek wyposażony w 4 jednoosiowe krążki odbojowe?”

Odpowiedź na pytanie nr 197

Zgodnie z Ogłoszeniem.

Pytanie nr 198

„Punkt 20 – Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek z barierkami bocznymi o długości 1080 mm, składającymi się z 2 poziomych oraz 4 pionowych poprzeczek, o wysokości 280 mm powyżej leża, barierki boczne chromowane bez elementów tworzywowych oraz bez dodatkowej listwy odbojowej na dolnej poprzeczce?”

Odpowiedź na pytanie nr 198

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 199

„Punkt 21 – Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek z barierkami bocznymi opuszczanymi za pomocą mechanizmu, polegającego na naciśnięciu dźwigni, która zwalnia blokadę poręczy, dźwignia oznaczona odpowiednią naklejką, bez wyróżniającego koloru czerwonego?”

Odpowiedź na pytanie nr 199

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 200

„Punkt 22 – Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek z możliwością montażu wieszaka kroplówki w dwóch narożach (po jednym z lewej i z prawej strony leża) od strony głowy pacjenta?”

Odpowiedź na pytanie nr 200

Zgodnie z Ogłoszeniem.

Pytanie nr 201

„Punkt 23 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez uchwytu na ręcznik papierowy oraz z materacem składającym się z obicia tapicerskiego (skaj) oraz wypełnienia z pianki poliuretanowej o grubości 6 cm?”.

Odpowiedź na pytanie nr 201

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 202

„Punkt 25 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z tworzywową osłoną podstawy wózka bez możliwości jej demontażu, ale wykonaną z tworzywa z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie rozmnażania się bakterii, grzybów i wirusów, oraz z gładką fakturą wykończenia wszystkich powierzchni utrudniającą gromadzenie się zanieczyszczeń? Podstawę bez miejsca na butlę z gazem, ale z możliwością umieszczenia takiej butli w dodatkowym koszu?”.

Odpowiedź na pytanie nr 202

Zgodnie z Ogłoszeniem.

Zadanie 10

Pytanie nr 203

„Poz. 9 Prosimy o dopuszczenie rękojeści diodowej, 130-180lm, żywotność 50 000 godzin”.

Odpowiedź na pytanie nr 203

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 204

„Poz. 13

Prosimy o dopuszczenie łyżki:

- łyżki jednorazowego użytku, metalowe, światłowodowe
- pakowanie folia/folia
- łyżki zgodne z normą ISO 7376-3”.

Odpowiedź na pytanie nr 204

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 205

„Poz. 13

Prosimy o dopuszczenie łyżki:

- łyżki jednorazowego użytku, z tworzywa sztucznego, światłowodowe
- pakowanie folia/folia
- łyżki zgodne z normą ISO 7376-3”.

Odpowiedź na pytanie nr 205

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 206

„Zamawiający w dniu 23.12.2020r. odpowiedział na zadane pytanie dotyczące rozdzielania przetargu na poszczególne zadania/pakiety, że nie dopuszcza do składania ofert częściowych, a ofertę należy złożyć na całość przedmiotu zamówienia. Takie rozwiązanie uniemożliwia złożenie oferty większej ilości wykonawcom, a co za tym idzie zaproponowania niższej ceny za oferowany sprzęt. Poza tym zostało niewiele czasu, żeby jeden wykonawca zebrał od wielu firm oferty na poszczególne zadania tak,

aby złożyć ofertę kompleksową Czy w związku z powyższym, Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert na poszczególne pakiety/zadania?”.

Odpowiedź na pytanie nr 206

Tak, Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania wyspecyfikowane w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie nr 207

„Wnosimy o przedłużenie czasu realizacji do 28.02.2021. W obecnej sytuacji epidemiologicznej dotrzymanie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu realizacji jest dla większości oferentów niemożliwe do wykonania.”.

Odpowiedź na pytanie nr 207

Patrz załącznik „Opis przedmiotu zamówienia” załączony do niniejszego pisma.

Pytanie nr 208

„W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 23.12.2020 dotyczącej pytania nr 1 prosimy o doprecyzowanie i/lub sprostowanie co Zamawiający ma na myśli? Czy Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne Zadania? Z odpowiedzi Zamawiającego wynika iż ofertę należy złożyć na całość przedmiotu zamówienia co przeczyłoby sensowi pierwotnego dzielenia przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia na części oraz uniemożliwiłoby złożenie ofert większości oferentom. Zważywszy na powyższe wnosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert na poszczególne Zadania.”

Odpowiedź na pytanie nr 208

Tak, Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania wyspecyfikowane w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Dotyczy załącznik nr 13 Parametry techniczne przedmiotu zamówienia – zadanie nr 13 – Stojak do wlewań i kroplówek

Pytanie nr 209

„Czy Zamawiający dopuści stojak do wlewań i kroplówek o szerokości podstawy: 575 mm oraz regulacji wysokości w zakresie od 1320-2250 mm?”.

Odpowiedź na pytanie nr 209

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 210

„Czy Zamawiający dopuści głowicę stojaka kroplówki wyposażoną w min 2 haczyki wykonaną ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9?”.

Odpowiedź na pytanie nr 210

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 211

„Dotyczy:

Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia

Numer zadania 1

Pozycja 1 - Stanowisko infuzyjne

Pozycja 2 - Pompy infuzyjne – 4 strzykawkowe (komplet)

Pytanie (...) dot. terminu realizacji zamówienia w zakresie Zadania numer 1 – dostawy urządzeń

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostawę urządzeń w partiach z ostatecznym terminem dostawy do dnia 31 marca 2021 roku, zgodnie z poniższym harmonogramem?

Numer zadania:	Nazwa zadania	Ilość	Partia nr 1		Partia nr 2		Partia nr 3	
			Termin dostawy	ilość w partii	Termin dostawy	Ilość w partii	Termin dostawy	Ilość w partii
1	Stanowisko pomp infuzyjnych	71	do 22.01.2021 r.	11	do 28.02.2021 r.	30	do 31.03.2021 r.	30
	Pompy infuzyjne dwustrzykawkowe	100		40		60		0

Odpowiedź na pytanie nr 211

Zamawiający wyraża zgodę na powyższy harmonogram dostaw.

Pytanie nr 212

„Dotyczy:

Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia

Numer zadania 1

Pozycja 1 - Stanowisko infuzyjne

Pozycja 2 - Pompy infuzyjne – 4 strzykawkowe (komplet)

Pytanie (...) dot. terminu realizacji zamówienia w zakresie Zadania numer 1 – dostawy urządzeń

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostawę urządzeń w partiach z ostatecznym terminem dostawy do dnia 31 marca 2021 roku, zgodnie z poniższym harmonogramem?

Numer zadania:	Nazwa zadania	Ilość	Partia nr 1		Partia nr 2		Partia nr 3	
			Termin dostawy	ilość w partii	Termin dostawy	Ilość w partii	Termin dostawy	Ilość w partii
1	Stanowisko pomp infuzyjnych	71	do 22.01.2021 r.	0	do 28.02.2021 r.	41	do 31.03.2021 r.	30
	Pompy infuzyjne dwustrzykawkowe	100		80		20		0

Odpowiedź na pytanie nr 212

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy harmonogram dostaw.

Pytanie nr 213

„Dotyczy:

Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia

Numer zadania 1

Pozycja 1 - Stanowisko infuzyjne

Pozycja 2 - Pompy infuzyjne – 4 strzykawkowe (komplet)

Pytanie (...) dot. terminu realizacji zamówienia w zakresie Zadania numer 1 – dostawy urządzeń

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostawę urządzeń w partiach z ostatecznym terminem dostawy do dnia 31 marca 2021 roku, zgodnie z poniższym harmonogramem?

	Nazwa zadania	Ilość	Partia nr 1	Partia nr 2	Partia nr 3
--	---------------	-------	-------------	-------------	-------------

Numer zadania:			Termin dostawy	ilość w partii	Termin dostawy	Ilość w partii	Termin dostawy	Ilość w partii
1	Stanowisko pomp infuzyjnych	71	do 22.01.2021 r.	23	do 28.02.2021 r.	20	do 31.03.2021 r.	28
	Pompy infuzyjne dwustrzykawkowe	100		0		100		0

Odpowiedź na pytanie nr 213

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy harmonogram dostaw.

Pytanie nr 214

„Dotyczy:

Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia - Istotne postanowienia umowy

Pytanie (...) dot. zapisów umowy § 8 Kary umowne, ustęp 1.punkt 2)

Co zamawiający uznaje za podstawę naliczenia kary w wysokości „0,1% wynagrodzenia netto za dany element Przedmiotu Umowy określonego w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?”

Odpowiedź na pytanie nr 214

Podstawą naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki są okoliczności określone w § 4 ust. 5 pkt 2 i 3 oraz § 4 ust. 8 Istotnych Postanowień Umowy.

Pytanie nr 215

„Dotyczy:

Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia - Istotne postanowienia umowy

Pytanie (...) dot. zapisów umowy § 8 Kary umowne, ustęp 1.punkt 2)

Czy wysokość ewentualnej kary będzie naliczana od wartości pojedynczego elementu wchodzącego w skład pozycji (tj. np. 1 sztuki Stanowiska pomp infuzyjnych lub 1 kompletu Pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych), czy też od wartości całej pozycji (tj. 71 Stanowisk pomp infuzyjnych, lub 100 kompletów Pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych), czy też od wartości całego zadania?”

Odpowiedź na pytanie nr 215

Zamawiający informuje, że kara umowna, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2) naliczana będzie od ceny jednostkowej netto za dany element Przedmiotu Umowy.

Pytanie nr 216

„Dotyczy:

Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia

Numer zadania 1

Pozycja 1 - Stanowisko infuzyjne

Pozycja 2 - Pompy infuzyjne – 4 strzykawkowe (komplet)

Pytanie (...) dot. terminu realizacji zamówienia w zakresie Zadania numer 1 – dostawy urządzeń

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostawę urządzeń w partiach z ostatecznym terminem dostawy do dnia 31 marca 2021 roku.”

Odpowiedź na pytanie nr 216

Patrz odpowiedź na pytanie Nr 211

Dotyczy umowy Nr ZRM/UM/...../DZP-2/2020

Pytanie nr 217

„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostaw w podziale na partie z przekroczeniem terminu zawartego z § 2 pkt 2. ?”

Odpowiedź na pytanie nr 217

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną w pytaniu Wykonawcy.

Pytanie nr 218

„Czy Zamawiający dopuści możliwość naliczania kar z tytułu zwłoki w zakończeniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od ilości niedostarczonego przez Zleceniobiorcę przedmiotu Zamówienia ?”

Odpowiedź na pytanie nr 218

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną w pytaniu Wykonawcy.

Pytanie nr 219

„Dotyczy Zadania nr 1 – Pompy infuzyjne

Niniejszym mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów oraz sytuację związaną z COVID -19 czy Zamawiający zgodzi się na składanie ofert wariantowych, co umożliwiło by równe traktowanie podmiotów i nie wskazywało na jednego producenta lub dystrybutora i tym samym rozbić z Zadania 1 na poszczególne warianty:

Wariant 1. Pompa infuzyjna 1- strzykawkowa, - 426 szt

Wariant 2. Pompa infuzyjna objętościowa – 142 szt

Wariant 3. Stacja dokująca na mobilnym statywie – 71 szt – kompatybilna z pompami z wariantu 1 i 2

Wariant 4 - Pompa infuzyjna 4- strzykawkowa”

Pompy infuzyjne – 1-strzykawkowe

Dotyczy parametru 8.

Niniejszym mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów czy Zamawiający dopuści, pompę infuzyjną strzykawkową z prostą w obsłudze klawiaturą symboliczną ?

Dotyczy parametru 9

Niniejszym mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów czy Zamawiający dopuści, pompę infuzyjną z niebieskim monochromatycznym wyświetlaczem, szybką i prostą w obsłudze klawiaturą symboliczną która znacznie skraca czas programowania parametrów infuzji ?”

Dotyczy parametru 13

Niniejszym mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów czy Zamawiający dopuści, pompę infuzyjną z zakresem szybkości:

- dla strzykawki o poj.5ml =0,1-250 ml/h

- dla strzykawki o poj.10ml =0,1-350 ml/h
- dla strzykawki o poj.20ml =0,1-600 ml/h
- dla strzykawki o poj.30ml =1-600 ml/h
- dla strzykawki o poj.50/60ml =1-1200 ml/h

Regulacja co 0,1 ml/h w zakresie 0,1–99,9 ml/h (opcjonalnie 0,01 ml/h w zakresie 0,1–9,99ml/h) oraz co 1 ml/h w zakresie 100–1200 ml/h.

Dotyczy parametru 14.

Niniejszym mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów czy Zamawiający dopuści, programowanie infuzji w następujących jednostkach: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, µg/min, µg/h, µg/kg/min, µg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m²/h, mg/m²/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mUnit/min, mUnit/kg/min, mUnit/kg/h, Unit/min, Unit/h, Unit/kg/min, Unit/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h, mL/kg/min, mL/kg/h, mL/kg/24h?

Dotyczy parametru 17

Niniejszym mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów czy Zamawiający dopuści, pompę infuzyjną z Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS (minimum)

- dla strzykawki o poj.5ml =0,1-250 ml/h
- dla strzykawki o poj.10ml =0,1-350 ml/h
- dla strzykawki o poj.20ml =0,1-600 ml/h
- dla strzykawki o poj.30ml =1-600 ml/h
- dla strzykawki o poj.50/60ml =1-1200 ml/h

Regulacja co 0,1 ml/h w zakresie 0,1–99,9 ml/h (opcjonalnie 0,01 ml/h w zakresie 0,1–9,99ml/h) oraz co 1 ml/h w zakresie 100–1200 ml/h.

Dotyczy parametru 21.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z programowaną objętością infuzji od 0,1-999ml z minimalnym przyrostem

- o 0,1 w przedziale 0,1-99,9ml
- o 1 w przedziale od 100-999ml

Dotyczy parametru 22

Niniejszym mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów czy Zamawiający dopuści, pompę infuzyjną z programowaniem infuzji w następujących trybach:

- **Prędkość zwykła** - Infuzja z zaprogramowaną prędkością podawania
- **Objętość/ czas i dawka/czas** - Infuzja zaprogramowanej objętości lub dawki w zaprogramowanym przedziale czasu
- **Limit objętości**- Infuzja z ograniczeniem podawanej objętości lub dawki
- **Infuzja profilowa**

Dotyczy parametru 23

Niniejszym mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów czy Zamawiający dopuści, pompę infuzyjną z ustawieniami wartości ciśnienia okluzji w przedziale 50 – 900mmHg ?

Dotyczy parametru 28

Niniejszym mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów czy Zamawiający dopuści, pompę infuzyjną z programowaniem czasu pracy od 1min -96 h ?

Dotyczy parametru 29

Niniejszym mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów czy Zamawiający dopuści, pompę infuzyjną z rejestrem zdarzeń – 1500 zdarzeń z datą i godziną

Dotyczy parametru 30

Niniejszym mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów czy Zamawiający dopuści, pompę infuzyjną z zasilaniem z akumulatora wewnętrznego 11h przy przepływie 5ml/h

Dotyczy parametru 35

Czy Zamawiający dopuści pompę infuzyjną z klasą ochronności II, CF, odporność na defibrylację, IP 22 ?

II. Pompa infuzyjna objętościowa – 142 sztuki

Dotyczy parametru 8.

Niniejszym mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów czy Zamawiający dopuści, pompę infuzyjną pompę objętościową z prostą w obsłudze klawiaturą symboliczną ?

Dotyczy parametru 9

Niniejszym mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów czy Zamawiający dopuści, pompę infuzyjną z niebieskim monochromatycznym wyświetlaczem, szybką i prostą w obsłudze klawiaturą symboliczną która znacznie skraca czas programowania parametrów infuzji ?

Dotyczy parametru 13

Niniejszym mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów czy Zamawiający dopuści, pompę infuzyjną objętościową regulowaną szybkością podaży bolusa od 0,1 do 1500m/h ?

Dotyczy parametru 16

Niniejszym mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów czy Zamawiający dopuści, pompę infuzyjną objętościową z ustawieniami wartości ciśnienia okluzji w przedziale 50 – 750mmHg ?

Dotyczy parametru 22

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę objętościową z funkcją wykrywania pęcherzyków powietrza od 0-250 μ L ?

Dotyczy parametru 24

Niniejszym mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów czy Zamawiający dopuści, pompę infuzyjną z rejestrem zdarzeń – 1500 zdarzeń z datą i godziną ?

Dotyczy parametru 27

Niniejszym mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów czy Zamawiający dopuści, pompę infuzyjną objętościową z zasilaniem 100 V–240 V ~ / 50 / 60 Hz ze sprawnym Uziemieniem

Dotyczy parametru 28

Niniejszym mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów czy Zamawiający dopuści, pompę infuzyjną objętościową z czasem zasilania z akumulatora wewnętrznego pow. 8 h przy 25 ml/h

pow. 5 h przy 1500 ml/h

Dotyczy parametru 30

Czy Zamawiający dopuści pompę infuzyjną z klasą ochronności II, CF, odporność na defibrylację, IP 22 ?

III. Stacja dokująca na mobilnym statywie – 71 sztuk

Dotyczy parametru 8

Niniejszym mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów czy Zamawiający dopuści mobilny stojak do stacji dokującej o dopuszczalnym obciążeniu do 25kg

Odpowiedź na pytanie nr 219

Zamawiający w całości nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje pkt II Ogłoszenia pn. „Termin realizacji zamówienia”. Wobec powyższego pkt II Ogłoszenia otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„II. Termin realizacji zamówienia:

1. **Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,**
2. **Zakończenie – w terminie:**

- **Etap I – w terminie do dnia 22.01.2021 r.;**

- **Etap II – w terminie do dnia 28.02.2021 r.**

(z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza realizację dla zadania nr 1 – POMPY INFUZYJNE następujące terminy dostawy:

do 28.02.2021 r. – 60 stanowisk pomp infuzyjnych, 60 pomp infuzyjnych 4-strzykawkowe (zestaw)

lub

do 28.02.2021 r. – 30 stanowisk pomp infuzyjnych, 60 pomp infuzyjnych 4-strzykawkowe (zestaw) oraz do 31.03.2021 r. – 30 stanowisk pomp infuzyjnych.

Zamawiający dopuszcza dostarczenie stacji dokujących w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.)”

Treść powyższych odpowiedzi wraz z modyfikacją jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.

Załączniki:

- 1) **Zmodyfikowany w dniu 30.12.2020 r. Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia – druk OFERTA;**
- 2) **Zmodyfikowany w dniu 30.12.2020 r. Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia – Formularz asortymentowocenowy” – Etap I;**
- 3) **Zmodyfikowany w dniu 30.12.2020 r. Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia – Formularz asortymentowocenowy” – Etap II;**
- 4) **Zmodyfikowany w dniu 30.12.2020 r. Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia – Formularz asortymentowocenowy” dla zadania nr 2 – Ssak próżniowy (formularz nr 2);**
- 5) **Zmodyfikowany w dniu 30.12.2020 r. Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia – Istotne postanowienia umowy;**
- 6) **Zmodyfikowany w dniu 30.12.2020 r. Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia – Opis przedmiotu zamówienia – Etap I;**

7) Zmodyfikowany w dniu 30.12.2020 r. Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia – Opis przedmiotu zamówienia – Etap II.

Z poważaniem,

*Dyrektor Stołecznego
Zarządu Rozbudowy Miasta*

/-

/ Łukasz Górecki